



Název veřejné zakázky: **Operační světlo pro Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen „VZ“)**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2497/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

Zadavatel požaduje hlavu svítidla o průměru maximálně 41 cm. Bude zadavatel akceptovat průměr 60cm?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nebude akceptovat navrhovaný průměr korpusu hlavy svítidla 60 cm.

Zároveň zadavatel mění požadavek na rozměr korpusu hlavy světla, a to následovně:

- Rozměr korpusu hlavy svítidla může mít průměr maximálně 48 cm, u nekuhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu hlavy svítidla.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **05-02-2021**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Aleš Chodacki
generální ředitel

Přílohy:

Příloha č. 2 - Technická specifikace platná od 4.2.2021