

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 13.03.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 15 – LCD monitor digitálního obrazu.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz:

Citace dotazu:

Dobrý den, dne 4.3.2015 jsme obdrželi dodatečné informace č. 4 k Veřejné zakázce s názvem "Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a. s.", konkrétně k části 15 - LCD monitor digitálního obrazu.

Vzhledem k odpovědi Zadavatele si dovoluujeme Vás požádat o zodpovězení dalších souvisejících dotazů:

1) Vzhledem k požadavku na instalaci monitoru na nerezovou stěnu je nutné vědět, jak je stěna konstrukčně provedena a pro instalaci ji rozebrat a vyztužit tak, aby mohl být monitor nainstalován. Bez tohoto zásahu není možná instalace monitoru, protože stěna by nevydržela váhu monitoru. Mají být tyto úpravy (rozebrání, vyztužení, atd...) součástí dodávky LCD monitoru? Nebo je případně zajistí Zadavatel na základě požadavků dodavatele? Pokud mají být tyto činnosti součástí dodávky, je možné zaslat alespoň fotografie a rozměry prostoru, kde bude monitor instalován?

2) Zadavatel požaduje galvanicky oddělené připojení. Chtěli bychom se zeptat, které propojovací kabely budou z galvanicky odděleného okruhu a které ne. Ekonomicky i technicky nedává smysl galvanicky oddělovat to, co není třeba, a např. v případě analogového signálu má galvanické oddělení negativní vliv na kvalitu obrazu. Galvanické oddělení pro některé analogové kabely navíc ani neexistuje.

Odpověď:

S ohledem na charakter výše uvedených dotazů, zadavatel potřebuje delší časovou lhůtu pro jejich zodpovězení.

V této souvislosti zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek u části VZ č. 15 - LCD monitor digitálního obrazu bude po zveřejnění předmětných dodatečných informací adekvátně prodloužena.

V Ústí nad Labem, dne 19. 3. 2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.

