



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Infúzní technika III.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2500/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infúzní technika III“.

1. Ze zadávací dokumentace, konkrétně z přílohy č. 2 Technická specifikace pro dokovací stanice vyplývá, že zadavatel požaduje, aby dokovací stanice splňovala požadavek: „Technologie umožňující budoucí rozšíření o centrální monitoraci provozu infúzní techniky“.

Účastník na tento požadavek vznesl dotaz v zakázce vypsané v loňském roce a následně zrušené dne 6. 11. 2020 a to následovně: Někteří účastníci by tento požadavek mohli chápat i jako nabídnout v rámci zakázky dokovací stanice, které nebudou v rámci této zakázky kompatibilní s centrální monitorací, a mohou tak vzniknout v budoucnu další náklady při případném propojování s centrální monitorací na již pořízených komponentech. Mohl by zadavatel tento požadavek přehodnotit a vysvětlit, aby nedocházelo k nejednoznačnosti pochopení tohoto požadavku? Požaduje zadavatel dodání dokovacích stanic, které již jsou kompatibilní s budoucí centrální monitorací bez nutnosti zásahu do hardware/přístrojového upgradu dokovacích stanic?

V minulé zakázce ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10. 11. 2020 zadavatel uvedl: Ano, zadavatel tímto požaduje infúzní techniku s dokovací stanicí, kterou je možné napojit do datové infrastruktury zadavatele bez potřeby další úpravy, změny nebo dovybavení o další komponenty tak, aby prostřednictvím datové sítě mohla komunikovat s centrálním monitorem.



Mohl by zadavatel potvrdit, že na stejném požadavku stále trvá a případně tento požadavek potvrdit?

Odpověď na dotaz č. 1

Naše stanovisko uvedené v předchozí veřejné zakázce je stále stejné a platí tedy i u této VZ.

V Ústí nad Labem 11-02-2021

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek

