

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 18.03.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 26 – Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (lůžko, monitor do centrály, ventilátor).

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz:

Citace dotazu:

Zadavatel v technické specifikaci a související požadavky zadavatele pro část č. 26 VZ v popisu požadovaných parametrů v části Ventilátory (6 ks) požaduje splnění parametru: „expirační časová konstanta, automatické měření.“

Vzhledem ke skutečnosti, že expirační časová konstanta je jeden z parametrů Otisovy rovnice, která je základem algoritmu ventilačního režimu ASV společnosti Hamilton a tedy jako taková je přímo monitorována pouze u ventilátorů fy Hamilton a mohla by být diskriminačním parametrem vyřazujícím ostatní výrobce, respektive dodavatele z účasti ve veřejné zakázce, **žádáme, zda zadavatel umožní, aby tento parametr (VT/špičkový exp.průtok) bylo možno přesně stanovit z grafické interpretace z hodnot změřených pomocí pohyblivého kurzoru? Toto řešení je již dlouhodobě používané a osvědčené na pracovišti zadavatele.**

Odpověď:

ANO, je možné aby daný parametr bylo možné přesně stanovit z grafické interpretace hodnot změřených pomocí pohyblivého kurzoru.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek u části VZ č. 26 - Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (lůžko, monitor do centrály, ventilátor)

S ohledem na povahu dodatečných informací ve vztahu k zadávacím podmínkám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části VZ č. 26 - Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (lůžko, monitor do centrály, ventilátor). Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem, dne 24.3. 2015

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316 12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.

