



Název veřejné zakázky: **Operační světlo pro Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen „VZ“)**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2497/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Je stávající svítidlo ukotveno přímo do betonového stropu nebo pomocí kotevní desky?

Odpověď na dotaz č. 1:









Dotaz č. 2:


Pokud je použita kotevní deska, jak vysoko je od podlahy? (Je tato vzdálenost souhlasná s výškou betonového stropu, tedy cca 265 cm?)

Odpověď na dotaz č. 2:

Výška betonového stropu v místě stávajícího světla je 258 cm.

Dotaz č. 3:

Jaké stávající svítidlo je nainstalováno (typ, výrobce - nejlépe foto štítku s typem svítidla).





Odpověď na dotaz č. 3:

Stávající světlo je od výrobce Elektrosvit.

V Ústí nad Labem dne: 22-02-2021

G2



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
MUDr. Aleš Chodacki
generální ředitel