

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 2262/2020

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Monitor vitálních funkcí pro KAPIM – Centrum pro léčbu chronické bolesti“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000277**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2020-028463**“

Předmět veřejné zakázky: Monitor vitálních funkcí pro KAPIM – Centrum pro léčbu chronické bolesti
Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:
Sídlo:
IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Irelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	CHEIRÓN a.s.	Ulrychova 2260/13 162 00 Praha	27094987	...
2.	ALWIL Medical s.r.o.	V Podhájí 776/30	43227791	...

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
		400 01 Ústí nad Labem		

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
ALWIL Medical s.r.o.	V Podhájí 776/30 40001 Ústí nad Labem	43227791
CHEIRÓN a.s.	Ulrychova 2260/13 162 00 Praha	27094987

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník ALWIL Medical s.r.o., byl vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Nabízený monitor vitálních funkcí nedisponoval VGA konektorem.

Účastník CHEIRÓN a.s., byl vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel požadoval v technické specifikaci hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 3 kg. Účastník CHEIRÓN, a.s., nabídl monitor o hmotnosti 3,4 kg bez baterie.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Předmět plnění veřejné zakázky není rozdělen na části vzhledem k jeho ucelené povaze.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadavatel zrušil zadávací řízení z důvodu zjištění, že v průběhu zadávacího řízení nepostupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s tím neučinil nezbytné a přiměřené opatření k nápravě.

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, který stanoví:

(2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud

d) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

V Ústí nad Labem dne 25.02.2021

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

