



Název veřejné zakázky: **Panoramatický RTG přístroj pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2512/2020**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Dobrý den,

Naše firma by se ráda zúčastnila vašeho výběrového řízení. Všechny požadavky technické na přístroj, kromě jednoho údaje a to je prostorové rozlišení.

**Dotaz č. 1:** CMOS senzor je povolený, tak rozlišení CMOS senzoru není. Je možné povolit nižší rozlišení, které má k dispozici CMOS senzor?

Ve vaší technické specifikaci stojí:

- Typ detektoru CMOS nebo CCD
- Velikost pixelu maximálně 100  $\mu\text{m}$  pro CMOS, 50  $\mu\text{m}$  pro CCD
- Prostorové rozlišení minimálně 5 LP/mm

Náš přístroj disponuje CMOS senzorem o velikosti pixelu 100  $\mu\text{m}$ . Ale prostorové rozlišení je uvedeno 5 lp/mm. Což ale odpovídá CCD senzoru. Náš přístroj s CMOS senzorem disponuje 3,1 LP/mm.

**Dotaz č. 2:** Prosím o vysvětlení funkce Multifocal, 2D+ z technické dokumentace.

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel na základě dotazu účastníka upravuje bod v technické specifikaci v následujícím znění:

- Prostorové rozlišení měřené na čárovém fantomu umístěném v řezné rovině minimálně 2,5 LP/mm.



**Odpověď na dotaz č. 2**

Funkce Multifocal/2D+ znamená, že přístroj po provedení skenu umožní vybrat nejostřejší snímek v segmentech čelisti ze snímků rekonstruovaných ve více fokálních vrstvách.

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Ing. Václav Štyvar  
Vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek

