



Název veřejné zakázky: **Instrumentária pro osteosyntézy kostí**

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2509/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Vážení,

v návaznosti na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „**Instrumentária pro osteosyntézy kostí**“ vyhlášenou zadavatelem: **Krajská zdravotní, a.s.**, se sídlem, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, dne 26. 2. 2021, si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o Vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně Vás žádáme o odpověď na následující dotaz:

1) Zadavatel uvádí v článku III ZD – Vymezení plnění veřejné zakázky mimo jiné požadavek: „*vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.*“ Stejný požadavek je uveden v Příloze č. 2 ZD – Obligatorní návrh kupní smlouvy v článku I. Předmět Koupě v Odst. 4 a dále ve článku III. Doba a místo plnění v odstavci 2/g.

Uchazeč samozřejmě provede instruktáž personálu, ale bohužel není oprávněn k řetězení instruktáží, respektive není oprávněn vydat doklad personálu zadavatele, který by ho opravňoval k instruktáží. Interní pravidla společnosti založená na kvalitě a bezpečnosti neumožňují, aby k provádění instruktáží byla vyškolená osoba, která není zaměstnancem společnosti. Dodavatel je schopen provést opakovaně bezplatnou instruktáž na výzvu zadavatele.

Může zadavatel upravit s ohledem na výše uvedené ZD a text smlouvy tak, aby neobsahoval požadavek na řetězení instruktáží, s tím, že místo toho bude možné požadovat opakované bezplatné instruktáže na výzvu zadavatele?


Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel na základě dotazu účastníka upravuje Zadávací dokumentaci a Přílohu č. 2 Obligatorní návrh smlouvy v následujícím znění:



Pokud není možné vystavit protokol určenému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží, zadavatel požaduje opakované bezplatné instruktáže na výzvu zadavatele zdarma

V Ústí nad Labem dne:


.....

Ing. Václav Štyvar
Vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek

