

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 27.03.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 4 – Pojízdný RTG přístroj.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Citace dotazu:


Dotaz: „Chápeme správně požadavek zadavatele, že požaduje 2 mobilní přístroje a 2 ks mobilních detektorů (ke každému přístroji 1 detektor). Přičemž platí, že má-li detektor čtvercový tvar, musí být jeho rozměr min. 41*41 cm, má-li detektor obdélníkový tvar, musí být jeho rozměr min. 35*43 cm?

Odpověď:

Zadavatel požaduje 2 ks mobilního přístroje a ke každému z nich požaduje dodání 2ks mobilních detektorů o velikostech uvedených v technické specifikaci přístroje.

V Ústí nad Labem, dne 2.4.2015

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.



Ing. Václav Štyvar