

Kupní smlouva

Dnešního dne uzavřely

EXRAY s.r.o.

se sídlem: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí

IČO: 01647580

DIČ: CZ01647580

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209793

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

kontaktní údaje: tel: [REDACTED]

kontakt ve věcech soutěže: [REDACTED]

kontakt ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jako „**kupující**“)

tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem
„**Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiagrafické rtg komplety vč.
pozáručního servisu**“,

část 2: „**Skiagrafický rtg komplet - Nemocnice Most, o.z. (vč. pozáručního servisu)**“

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě, zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu, zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době a pozáruční servis po dobu 96 měsíců v rozsahu vymezeném dále ve smlouvě.

Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu: **Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Most, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001561**, který je podpořen z 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: skiagrafický rtg komplet (dále i jako "přístroj" nebo "zboží").
2. Předmětem této smlouvy je nákup zboží a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím, včetně zajištění oprav a náhradních dílů, v rámci záruční a pozáruční doby.
3. Předmětem smlouvy je dále i:
 - doprava zboží do místa plnění
 - realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh,
 - montáž, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - provedení všech převímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace,
 - instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), včetně vystavení protokolu o instruktáži.,
 - vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.,
 - předání všech příslušných dokladů,
 - záručního servisu za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - pozáručního servisu na dobu 96 měsíců za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - likvidace obalového materiálu
4. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace zboží, která tvoří její nedílnou součást.
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je **5.424.700,- Kč** bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou konečnou a zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuté i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3, s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena samostatně v čl. VI. této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy je prodávající povinen toto bezodkladně (maximálně do tří dnů) oznámit kupujícímu (e-mailem nebo jiným písemným způsobem), v opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,
- soupis příloh,
- název projektu,
- registrační číslo projektu,

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III odst. 2 smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. V případě, že prodávající uvede ve svém daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího.
9. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
10. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu povinné smluvní strany na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 56 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je:

_____ Pověřeným zástupcem kupujícího jsou:

- 1) _____
- 2) _____ nebo
jiný pověřený pracovník kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:

- a. dodání zboží na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, radiodiagnostické oddělení a
- b. realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh a
- c. montáž zboží a
- d. instalace zboží a
- e. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a

- f. provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a
 - g. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži a
 - h. vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., a
 - i. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb.; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů a
 - j. *v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření,*
 - k. likvidace obalového materiálu a
 - l. podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
3. Zvláštní požadavky:
- a. prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře) případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
 - b. kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,
 - c. protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem odboru obslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně její příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti,

- kteře jsou obvyklé na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
 3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: dvacetčtyři) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
 5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů vč. vakuových prvků a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
 6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděné opravy a bezpečnostně technické kontroly, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti s dodáním a výměnou opotřebovaných dílů zboží.
 7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje pro tento účel určené prodávajícím. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDACTED]
 8. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu dle předchozího odstavce.
 9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího.
 10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující.
 11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
 12. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.
 13. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.,
 - v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů,
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
14. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.
15. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je technik zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností kupujícího. Ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností kupujícího.

VI.

Pozáruční servis

1. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis zboží. Pozáruční servis bude poskytován po dobu **96** (slovy: devadesátšest) měsíců ode dne uplynutí záruční doby uvedené v čl. V. této smlouvy (tj. 96 měsíců po uplynutí 24 měsíců ode dne předání přístroje kupujícímu).
2. Pozáruční servis zahrnuje:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
3. Prodávající je zároveň v rámci poskytování pozáručního servisu povinen určit a sledovat termíny bezpečnostně technických kontrol dle zákona o zdravotnických prostředcích dle pokynů výrobce.
4. Za poskytování pozáručního servisu se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku **572.000,- Kč** bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně ve čtvrtletních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí. Výše čtvrtletní platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování pozáručního servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. II. této smlouvy. Úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.
5. Kupující je oprávněn vypovědět ustanovení tohoto článku, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

VII.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží nebo jakoukoliv platbu za poskytování pozáručního servisu řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9 smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) zboží.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.

VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn kdykoliv během účinnosti této smlouvy a bez uvedení důvodu vypovědět čl. VI. této smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začne plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), musí být tato smlouva uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.
5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
6. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

X.



Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškeré právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve

- lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
 3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
 4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
 5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
 6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny poníženou o daň prodávajícímu.
 7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
 8. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
 9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
 10. Tato smlouva byla uzavřena bez existence tísňe či násilí, a je výsledkem svobodné vůle smluvních stran.
 11. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
 12. Přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 13. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
 14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny



Příloha č. 1 KS - Technická specifikace zboží

Údaje o předložené nabídce

Obchodní firma:	EXRAY s.r.o.
Sídlo:	Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
Kontaktní osoba:	Jan Hamadej, +420 603 867 664, info@exray.cz
Název nabízeného zařízení :	Samsung GC85A

Technické parametry požadované pro předmět veřejné zakázky

P.č.	Popis požadovaného parametru položky	Podmínka pro požadovanou položku, která musí být splněna	Hodnota parametru položky nabídnutého řešení (vyplní uchazeč)
1.	Moderní diagnostický DR skiagrafický systém, podporující současné skiagrafické snímkové postupy s dobou využitelnosti nejméně 10 let od uvedení systému do provozu. Skiagrafický systém v konfiguraci, stropní závěs rentgenky, pevný vyšetřovací stůl s detektorem, vertigrať s detektorem. Ruční skiagrafická diagnostika v rozsahu: vyšetření stojících, sedících a ležících pacientů; celkové zobrazení orgánů hrudníku, plíce, srdce; celkové zobrazení orgánů břicha; celkové zobrazení orgánů malé pánve; zobrazení skeletu s možností snímkování dlouhých snímků, především snímků celé páteře a snímků dolních končetin.		
2.	Výkonové požadavky - VF generátor		
2.1.	Výkon generátoru kW	min. 80kW	82 kW
2.2.	Volitelný rozsah proudu mA	min. 10 - 1000 mA	10 - 1000 mA
2.3.	Volitelný rozsah napětí kV	min. 40 - 150 kV	40 - 150 kV
2.4.	Expozičního čas volitelný v rozsahu	min. 1 msec až 2 sec	1 msec až 2 sec
3.	Požadavky na rentgenku		
3.1.	Ohniska rentgenky	min. 2 ohniska	2 ohniska
3.2.	Malé ohnisko rentgenky o velikosti	max. 0,6 mm x 0,6 mm	0,6 x 0,6 mm
3.3.	Velké ohnisko rentgenky o velikosti	max. 1,3 mm x 1,3 mm	1,2 x 1,2 mm
3.4.	Rotální anoda rentgenky s otáčkami	min. 9000 ot/min	9700 ot/min
3.5.	Tepelná kapacita anody rentgenky	min. 300 kHU (hodnoceno)	600 kHU
4.	Požadavky na kolimační systém		
4.1.	LED osvětlení pro kontrolu vydlorění požadované oblasti snímkování	Ano	ANO
4.2.	Filtrační clony, které dovlí optimalizaci radiační zátěže pro dané postupy snímkování, s automatickou volbou podle zvoleného protokolu snímkování a musí rovněž umožňovat i manuální volbu	například Cu,Al	ANO Cu 0,1 - 0,3 mm
4.3.	Kolimátor s plně automatickou kolimací podle nastaveného protokolu snímkování, včetně možnosti manuální kolimace.	Ano	ANO

4.4.	Laserový zaměřovací kříž pro polohování pacienta	Ano / Ne (hodnoceno)	ANO
4.5.	Kamera umístěná v rámci kolimátoru, určená pro náhled na oblast zájmu snímkování a pro možnost nastavení oblasti snímkování (například dlouhých skládaných snímků) z ovladovny	Ano / Ne (hodnoceno)	ANO
4.6.	Kolimátor musí mít integrované měření plošné dávky podle platné legislativy - DAP metr (zadavatel nepřipouští externí zařízení), případně systém musí měřit a kalkulovat dávku z hodnot získaných z akvizičního detektoru.	Ano - uveďte verzi řešení	ANO S-DAP
5.	Požadavky na stropní závěs rentgenky - pojezdy, rotace a zajištění		
5.1.	Rozsahy pohybu závěsu rentgenky		
5.2.	Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, kolmo na stůl	min. 2900mm	3000 mm
5.3.	Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, podélně se stolem	min. 3300mm	4000 mm
5.4.	Zajištění pohybu rentgenky ve směru svislém - nahoru, dolů	min. 1600mm	1800 mm
5.5.	Rozsah rotace rentgenky kolem osy svislé	min. +/-135°	-157° / +183°
5.6.	Rozsah rotace rentgenky kolem osy vodorovné	min. +/-115°	+/-120°
5.7.	Systém musí mít motorizované všechny pohyby, a to včetně pohybů rotačních	Ano	ANO
5.8.	Při manuálním pohybu požadujeme vybavení odblokování všech brzd jedním tlačítkem	Ano	ANO
5.9.	Antikolizní systém stropního závěsu pro zajištění bezpečnosti pro autopozicování systému	Ano (hodnoceno, uveďte typ - kontaktní/bezkontaktní)	ANO bezkontaktní
5.10.	Musí mít motorizovanou podporu pojezdu při manuální manipulaci se stropním závěsem	Ano	ANO Soft Handling
6.	Zobrazovací jednotka upevněná na čelní pozici sestavy rentgenky stropního závěsu		
6.1.	Plochy, barevný, dotykový displej, integrovaný na sestavě kolimátor rentgenka s úhlopříčkou	min.6" (hodnoceno)	12" dotykový LCD
6.2.	Minimálně musí být možno zobrazovat - identifikační údaje pacienta, mAs, kVp, vzdálenost SID, úhel natočení rentgenky	Ano	ANO
6.3.	Provádění změn musí být umožněno minimálně u - mAs, kV	Ano	ANO
6.4.	Pro všechna zobrazení musí být zajištěna plně automatická rotace zobrazených informací do standardní polohy ke čtení	Ano	ANO
7.	Stůl pro vyšetřování pacienta s plovoucí deskou		
7.1.	Vyšetřovací stůl pacienta bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy	min. 420mm x 420mm	425 mm x 425 mm
7.2.	Detektor může být vyjímatelný nebo pevný. V případě vyjímatelného detektoru musí být zaměnitelný s detektorem vertigrafu (pokud je ve vertigrafu také detektor vyjímatelný) a musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle	Ano (uveďte typ detektoru vyjímatelný nebo pevný)	ANO vyjímatelný
7.3.	Stůl pro vyšetřování pacienta fixně ukořený k podlaze	Ano	ANO
7.4.	Maximální zatížitelnost stolu pro vyšetřování pacienta	min. 300kg	350 kg
7.5.	Výškový rozsah nastavitelnosti stolu pro vyšetřování pacienta	min. 330mm	355 mm
7.6.	Vyšetřovací stůl pacienta musí být vybaven plovoucí deskou pro snadné polohování pacienta	Ano	ANO
7.7.	- plovoucí deska - délka	min. 2160 mm	2410 mm
7.8.	- plovoucí deska - šířka	min. 800mm	810 mm

7.9.	Sestava pedálů pro ovládání stolu: pevné na čelní straně stolu, nebo volné s bezdrátovou komunikací, nebo volné napojené kabelem a musí zajišťovat minimálně následující funkce - položka č. 7.11; 7.12; 7.13:	Ano	ANO volná - bezdrátová komunikace
7.10.	Pokud je sestava pedálů pevně spojena se stolem, musí být umístěna na obou podélných stranách, čelní i zadní	Ano	ANO volná - bezdrátová komunikace
7.11.	- funkce uvolnění brzd plovoucí desky	Ano	ANO
7.12.	- funkce pohyb stolu výškově nahoru	Ano	ANO
7.13.	- funkce pohyb stolu výškově dolů	Ano	ANO
7.14.	Výšetřovací stůl pacienta musí být vybaven vyjmatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm	Ano	ANO
8.	Vertikální stativ-Vertigrař		
8.1.	Vertigrař bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy	min. 420mmx420mm	425 mm x 425 mm
8.2.	Detektor může být vyjmatelný nebo pevný. V případě vyjmatelného detektoru musí být zaměřitelný s detektorem stolu (pokud je ve stole také detektor vyjmatelný) a musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle	Ano (uveďte typ detektoru vyjmatelný nebo pevný)	ANO vyjmatelný
8.3.	Zajištění motorického pohybu vertigrař ve směru svislém - nahoru, dolů	min. 1400mm	1570 mm
8.4.	Nastavitelná minimální výška středu detektoru k podlaze	max. 335mm	280 mm
8.5.	Naklápění detektoru vertigrař v rozsahu	min. -20° až 90°	-20° až 90°
8.6.	Možnost natočení detektoru na vertigrař pro úhlopříčné snímkování (kolem osy kolmé na střed detektoru)	min. 0° až 45° (hodnoceno)	+/-45°
8.7.	Vertigrař musí být vybaven vyjmatelnou mřížkou pro vzdálenost 1800mm	Ano	ANO
8.8.	Vertigrař musí být vybaven vyjmatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm	Ano	ANO
9.	Detektor pro volné snímkování		
9.1.	Systém bude vybaven jedním digitálním bezdrátovým detektorem o velikosti aktivní plochy	min. 340mm x 420mm	425 mm x 425 mm
9.2.	Nabíjecí stanice pro baterie bezdrátového detektoru	Ano	ANO
9.3.	Druhá baterie bezdrátového detektoru	Ano	ANO
10.	Společné vlastnosti pro oba digitální detektory (detektor výšetřovacího stolu a detektor vertigrař)		
10.1.	U vyjmatelných detektorů: při zasunutém detektoru ve vozíku výšetřovacího stolu, nebo vertigrař, musí docházet k automatickému napojení na rozvody skiografického systému a dobíjení baterie detektoru	Ano	ANO
10.2.	U vyjmatelných detektorů: při vyjmutém detektoru ze stolu, nebo vertigrař, pro volné snímkování, musí být detektor napájen z baterie a veškeré komunikace mezi detektorem a systémem probíhat bezdrátovým spojením.	ano	ANO
10.3.	Hodnota DQE v % @ 0,00 Lp/mm @ RQA 5 IEC 62220	min. 65% (hodnoceno)	76%
10.4.	Limitní hodnota rozlišení	min. 3,3 Lp/mm (hodnoceno)	3,57 lp/mm
10.5.	Plošná zatížitelnost bez ochranného krytu u vyjmatelných detektorů, případně detektoru pro volné snímkování dle položky č.9.1. musí být	min. 150kg (hodnoceno)	400 kg
10.6.	Velikost akvizčního pixelu detektorů	max. 148 µm	140 µm
10.7.	Dynamický rozsah detektorů	min. 16 bitů	16 bitů
10.8.	Detektor/detektory při volném snímkování je schopen/schopny předat informace o svém úhlovém odklonu od kolmé osy rentigenového paprsku k frontální rovině, pro možnost nastavení kolmosti detektoru a rentigenového paprsku	Ano/ Ne (hodnoceno)	ANO
10.9.	Detektory musí plnit odolnost proti nečistotám a tekutinám podle	IPx4- IPx3 a vyšší	IPx4

10.10.	Detektor musí být vybaven detekcí pádu detektoru - pro jednoznačné určení vzniku poškození	Ano	ANO
10.11.	Hmotnost detektorů (údaj je platný pro jeden samostatný detektor)	max. 4,0kg	3,6 kg
11.	Akviziční stanice		
11.1.	Výpočetní systém výrobce dimenzovaný a optimalizovaný pro efektivní práci obsluhy, bez nutnosti prodlév způsobených nedostatečným výkonem počítačového hardware	Ano	ANO
11.2.	Monitor pro obsluhu akviziční stanice s úhlopříčkou	min. 24"	24" LCD
11.3.	Rozlišení monitoru pro obsluhu akviziční stanice	min. 1920 × 1080	1920 × 1080" LCD
11.4.	Přednastavené anatomické protokoly pro snímkování různých anatomických struktur, s možností tvorby vlastních snímkovacích protokolů podle potřeb daného pracoviště, vytvořené protokoly musí být možno uložit pro následné užití.	Ano	ANO
11.5.	Plně automatické snímkování	Ano	ANO
11.6.	AEC - expoziční automatika s min. 3 komůrkami ve stole a min. 3 komůrkami ve vertigrafu	Ano	ANO
11.7.	Manuální snímkování	Ano	ANO
11.8.	Virtuální mřížka - zejména využitelná pro dosažení vysoce kvalitních snímků bez použití nasazovací mechanické mřížky k odstranění rozptýleného záření.	Ano	ANO
11.9.	Čas pro zobrazení rychlého náhledu snímku pro akvizici z libovolného detektoru	max. 4 s	do 2 s
11.10.	Čas pro zobrazení snímku v plném rozlišení pro akvizici z libovolného detektoru	max 14 s	do 8 s
11.11.	Autopositioning - plná motorizace pohybu stropního závěsu a ostatních komponent, pro plně automatické nastavení polohy RTG přístroje podle zvolené anatomické struktury a projekce. Nabízený přístroj musí na základě zvolené projekce plně automaticky (bez zásahu obsluhy) nastavit všechny své komponenty tak, aby bylo možno provést po finálním zapožehování pacienta provést expozici pro předvolenou anatomickou strukturu.	Ano	ANO
11.12.	Autotracking včetně Autocentrace - plně automatické nastavení vzájemné polohy detektoru a zářiče včetně vzájemného sledování při pohybu RTG-zářiče nebo detektoru, včetně sledování nastavené vzdálenosti SID. Sledování vzájemné polohy musí být zajištěno u patientského snímkovacího stolu i u vertigrafu.	Ano	ANO
11.13.	AutoStitching - Snímkování dlouhých skládaných snímků a jejich následné plně automatické složení do jednoho obrazu sloužící pro zobrazení zejména končetin a páteře. Tato funkce musí být zajištěna u stolu i vertigrafu. Plně automatické složení snímků s možnou následnou korekcí. Včetně mobilního podstavce pro pacienta k vertigrafu pro snímkování touto technikou.	Ano	ANO
11.14.	Snímkování plic a nástroje, pro možnost zobrazení sumačního snímku plic a zobrazení pouze měkkořadového snímku plic bez kostních struktur.	Ano	ANO
11.15.	Prostředky pro automatické zkvalitnění zobrazení - redukci šumu, enhance contrast, optimalizace ostrosti a kontrastu.	Ano	ANO
11.16.	Nástroje pro úpravu nasímaných dat v rozsahu minimálně, korekce jasu a kontrastu; inverzní zobrazení; posun snímku; zvětšení; rotace snímku; výřez snímku; dodatečné vycílení; redukce šumu; možnost aplikace filtrů; zvýraznění okrajů struktur; měření délky, měření úhlů; vkládání textových anotací, včetně symbolů.	Ano	ANO
11.17.	Stranové označení snímků	Ano	ANO
11.18.	Plná kompatibilita DICOM včetně Worklistu a strukturovaného dávkového reportu	Ano	ANO
11.19.	DICOM Storage	Ano	ANO
11.20.	DICOM Query/Retrieve	Ano	ANO
11.21.	DICOM Modality Worklist	Ano	ANO
11.22.	DICOM MPPS	Ano	ANO

11.23.	DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Reports)		Ano	ANO
11.24.	přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN		Ano	ANO
12.	Příslušenství, které musí být součástí nabídky			
12.1.	Kompresní pás pro stůl		Ano	ANO
12.2.	Opěrky rukou pro vertigraf při bočních a PA projekcích		Ano	ANO
12.3.	Prostředek pro velmi přesné stanovení zvětšení (v různé vzdálenosti struktur od detektoru) při snímkování na stole či u vertigrafu		Ano	ANO
12.4.	Intercom pro obousměrnou komunikaci obsluhy a pacienta mezi vyšetřovnou a ovladovnou		Ano	ANO
13.	Související dodávky a instalace			
13.1.	Technologický rozvaděč, případně přezbrojení stávajícího rozvaděče		Ano	ANO
13.2.	Kompletní instalace RTG systému a součástí dodávky, vč kotvicích prvků, zaškolení personálu, uvedení do bezchybného provozu, včetně přejímací zkoušky a souvisejících měření jako například: el.revize, ZDS		Ano	ANO
13.3.	Dodání nové antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně včetně, pokládky, přípravných a dokončovacích prací..		Ano	ANO
13.4.	Záruka - záruční full servis (vč. detektoru, všech baterií, rentgenky, bez omezení)		2 roky	2 ROKY
13.5.	Pozáruční servisní zajištění - prevence, BTK, ZDS, revize....		8 roky	8 ROKY

Zvláštní požadavky

Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (PZ, výchozí elektorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.
Instruktaž/proškolení zdravotnického personálu kupujícího (dle § 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktaži/proškolení.
Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiční ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu: Hostname a názvy nodů budou splňovat jmenovou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname. Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytné nutnými pro provoz aplikace. Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění. Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek: ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen) ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25 ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40 ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15 LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení. Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server. Prodávající si musí ve spolupráci s odborním informačních technologií (OIT) a OOKC (garantý za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit: Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteří síť, požadovanou rychlost portu) Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenové konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title) Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.
--

Požadavek na úpravu pracoviště:

Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicínálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.
V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč. rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).
Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabiteleného přístrojového vybavení

Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, souhrn provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií).

Prohlašuji, jako uchazeč veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.

Uchazeč v nabídce předloží aktuální originální technické listy výrobce (podrobná produktová data), v anglickém jazyce, ze kterých bude možno jednoznačně ověřit hodnoty požadovaných položek.

V Novém Strašeci, dne: 25. listopadu 2020

Jméno odpovědné osoby uchazeče: Jan Hamadej, jednatel

Příloha č. 2 KS - Podrobná specifikace ceny

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiagrafické rtg komplety vč. pozáručního servisu							
část zakázky	Specifikace zakázky	Celková nabídková cena v Kč					
		bez DPH	celkem za část zakázky bez DPH	částka DPH	celkem za část zakázky DPH	včetně DPH	celkem za část zakázky včetně DPH
1	Skiagrafický rtg komplet Nemocnice Chomutov o. z.						
	Pozáruční servis na dobu 96 měsíců						
2	Skiagrafický rtg komplet - Nemocnice Most, o.z.	5 424 700	5 996 700	1 139 187	1 259 307	6 563 887	7 256 007
	Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	572 000		120 120		692 120	

pozáruční servis zahrnuje:
předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu (včetně nikoli však vylučné nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů).
bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.
revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.
v případě zboží se zdroji ton. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.