



Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

dotaz č. 1

Obligaturní návrh smlouvy - Část 7 článek III. Doba a místo plnění. Žádáme laskavě o prodloužení doby dodání zboží na 100 dní od podpisu kupní smlouvy.

odpověď na dotaz č. 1

Není možno vyhovět požadavku na prodloužení doby dodání zboží ze 70 na 100 dní od podpisu kupní smlouvy z důvodu, pořízení tohoto přístroje z projektu „Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015“ financovaného z Regionálního operačního programu, kde je stanoven konec fyzické realizace k 2.11.2015.

dotaz č. 2

Požadavek na DICOM 3.0 kompatibilní je u terapeutického ozařovacího rtg. přístroje velmi nezvyklý. Žádáme laskavě zadavatele, aby zvážil, zda by bylo možné, aby od technických požadavků na kompatibilitě s DICOM, zmíněných v odstavci Technické požadavky odstoupil.

odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje DICOM kompatibilitu pro akviziční a diagnostické stanice. Pro ovládací PC (stanici) tento požadavek není podmínkou.

dotaz č. 3



Předpokládá zadavatel skutečně stávající přístroj znovu uvádět do provozu nebo přístroj bude ekologicky zlikvidován ? V kladném případě – ponese KZ a.s. náklad na ekologickou likvidaci ?

odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel trvá na požadavcích souvisejících s demontáží stávajícího přístroje, jak je uvedeno v technické specifikaci zadávací dokumentace.

dotaz č. 4


Žádáme o laskavé předložení půdorysu ozařovny a ovladovny v .dwg nebo .dxf formátu, stejně tak informaci o stávajícím vybavení (je na oddělení klimatizace ?), dále složení podlahy (statika), vedení existujících kanálů mezi ozařovnou a ovladovnou a stávajícím elektrickým rozvaděči a příkonu.

odpověď na dotaz č. 4

Odpověď na dotaz je přílohou těchto dodatečných informací.

V Ústí nad Labem dne: 7.4.2015

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

