

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

dotaz č. 1

Technické podmínky mají dle zákona o veřejných zakázkách vymezovat požadavky na dodávky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. V technické specifikaci části 5 - přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze uvedený v zadávací dokumentaci není jednoznačně vyjádřený zamýšlený účel využití. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Zadavatel požaduje „roboticky řízené ortézy s elektrickými pohony v kolenních a kyčelních kloubech s více převodníky síly a více zesilovači“ a zároveň požaduje „zpětnou vazbu (biofeedback ve virtuálním prostředí)“. Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje biofeedback využívající elektronické prvky (převodníky, zesilovače) v ortézách k ovládání chůze ve virtuálním prostředí?

odpověď na dotaz č. 1

Ano, uchazeč požadavkům zadavatele rozumí správně.

dotaz č. 2

Zadavatel v zadávací dokumentaci v části 5 - přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze požaduje „připravenost přístroje pro možnost doplnění robotických ortéz pro děti v budoucnu“. Mají uchazeči doložit tuto možnost budoucího rozšíření přístroje tím, že do nabídky vloží i technický list k robotickým ortézám pro děti?

odpověď na dotaz č. 2

Uchazeči mohou možnost budoucího rozšíření přístroje o robotické ortézy pro děti doložit vložením technického listu ke zmíněným ortézám a uvedením v popisu přístroje, že tento přístroj umožňuje možnost budoucího rozšíření o zmíněné ortézy.

V Ústí nad Labem dne: 7.4.2015

06

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627