



Název veřejné zakázky: **Defibrilátor pro Rehabilitační oddělení MNUL II.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Druh zadávacího řízení:

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2552/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

„Zadavatel požaduje LCD displej o úhlopříčce minimálně 6“ pro zobrazení pokynů a EKG křivky.
Bude zadavatel akceptovat LCD displej o úhlopříčce 4,7“ ?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje LCD displej o úhlopříčce minimálně 6“ pro zobrazení pokynů a EKG křivky, tak jak je stanoveno v Příloze č. 3 Technická specifikace.

Dotaz č. 2

„Zadavatel požaduje indikátor srdeční frekvenční a zobrazení její hodnoty v rozsahu minimálně 20 – 300 bpm. Bude zadavatel akceptovat indikátor srdeční frekvenční a zobrazení její hodnoty v rozsahu minimálně 30 – 300 bmp?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje indikátor frekvenční a zobrazení její hodnoty v rozsahu minimálně 20 – 300 bpm, tak je stanoveno v Příloze č. 3 Technická specifikace.

Dotaz č. 3



„Zadavatel u defibrilátoru požaduje podávanou energii minimálně v rozsahu 150 – 360 J. Bude zadavatel akceptovat podávanou energii v rozsahu 40 – 360 J?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje nabízenou variantu podávané energie, která má vyšší rozsah, než je požadováno.

V Ústí nad Labem dne:


.....

Ing. Václav Štyvar

Vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek

