



Název veřejné zakázky: **Defibrilátor pro Rehabilitační oddělení MNUL II.**

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Druh zadávacího řízení:

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2552/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

„Zadavatel požaduje podání energie minimálně v rozsahu 105 – 360 J

Přístroje [redacted] disponují patentovanou technologií rektilineárního bifázického výboje [redacted]. Tato technologie již nepracuje s vysokoenergetickým výbojem 360 J tak, je tomu u starších typů přístrojů. Technologie [redacted] tím zkracuje čas nástupu efektivní defibrilace a díky snížení výbojové energie eliminuje zátěž myokardu. Použití výboje o 360 J je dle studií o bifázických výbojích neindikováno. [redacted]

Dotaz: bude zadavatel akceptovat modernější technologii, které umožňuje maximální výboj 200J?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje nabízenou variantu modernější technologie s maximálním výbojem 200 J.

V Ústí nad Labem dne:


.....
Ing. Václav Štyvar

Vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek