

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Monitorovací systémy III.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2517/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

1) Na základě požadavku zadavatele uvedeného v příloze č. 2 Technické specifikaci ZD Vám zasíláme tyto dotazy:

„Každý monitor musí být vybaven multiparametrickým přenositelným modulem s vlastním displejem minimálně 5“, s možností zobrazení 4 stop, s kontinuálním sběrem dat i po dobu transportu, pro měření níže uvedených parametrů: - Integrované madlo“

Dotaz účastníka:

Účastníkem zvažované technické řešení nenabízí integrované madlo modulu.

Při transportu pacienta s multiparametrickým přenositelným modulem je modul zasunutý v tzv. transportním držáku s možností uchycení (případně zavěšení) k transportnímu lůžku.

Bude zadavatel akceptovat takovéto technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení, tj. modul zasunutý v tzv. transportním držáku.

Dotaz č. 2:

2) Na základě požadavku uvedeného v technické specifikaci ZD:

„Minimální příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu monitoru:

Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření krvavých tlaků“

Dotaz účastníka:

Z požadavku zadavatele není zřejmý typ (výrobce) používaných IBP převodníků.

Může zadavatel upřesnit typ a výrobce používaných IBP převodníků nebo nechá volbu na účastníkovi?



Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje výrobce používaných IBP převodníků: B.Braun.

Dotaz č. 3:

3) Na základě požadavku uvedeného v technické specifikace ZD:

Systém č. 1 – Telemetr

Napájení: Li-Ion akumulátor nebo 2 interní baterie AA pro provoz na dobu minimálně 60 hodin

Dotaz účastníka:

Účastníkem zvažované technické řešení nabízí provoz telemetrických jednotek na Lithium-ion baterie.

Provozní doba baterie uvažovaného telemetru je minimálně 40 hodin při měření EKG.

Bude zadavatel akceptovat takovéto technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení, tj. provozní doba baterie telemetru minimálně 40 hodin při měření EKG.

Dotaz č. 4:

4) Na základě požadavku uvedeného v technické specifikace ZD:

Systém č. 1 – Telemetr

„Měření 3/5/6 EKG“

„Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW pro snímání saturace, aktivace připojení saturačního kabelu a saturačního sensoru“

Dotaz účastníka:

Zadavatel tedy nepožaduje jako nezbytnou součást dodávky příslušenství pro měření saturace (propojovací kabely, snímače SpO2), ale pouze SW technickou připravenost telemetrických vysílačů pro budoucí měření SpO2?

V případě požadavku na dodávku včetně příslušenství SpO2, jakou technologii měření SpO2 zadavatel požaduje?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje systém měření SpO2 u telemetrů stejný jako u monitorů vitálních funkcí, tudíž Masimo. Každý telemetr musí umět měřit SpO2. Počet příslušenství pro měření SpO2 u telemetrů bude pouze pro 5 telemetrů.

Dotaz č. 5:



5) Na základě požadavku uvedeného ve VZ:

„Pokrytí telemetrické sítě po celém lůžkovém oddělení – součást nabídky“

Při prohlídce místa budoucí instalace bylo dne 16.3.2021 na oddělení zjištěno a konzultováno s I.T. oddělením nemocnice, že se zde již vybudovaná infrastruktura pro Wifi síť nachází.

Dotaz účastníka:

Bylo by tedy možné tuto stávající WIFI infrastrukturu částečně využít a zřídit na ní další WIFI síť pro potřeby patientských telemetrických jednotek?

Odpověď na dotaz č. 5:

WIFI infrastrukturu zadavatele není možné využít. Pokud dodavatel bude mít v zájmu vybudovat vlastní WIFI infrastrukturu pro předmět plnění, tak pouze v případě odsouhlasení technického řešení ze strany WIFI správce KZ, a.s.


V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne 27-04-2021

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ03-25488627


MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel