



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 2: Argon plazma koagulace pro Nemocnici Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2410/2021**

### Vysvětlení zadávací dokumentace

#### **Dotaz č. 1:**


Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje kompatibilitu s argon-plazma koagulačními sondami i s radiálním zakončením.

Uchazeč může nabídnout argonové sondy axiální a laterální. Radiální argonové sondy uchazeč v nabídce nemá. Bude tato skutečnost hodnocena jako nesplnění technických požadavků?

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Ano, zadavatel toto bude hodnotit jako nesplnění technických požadavků.

V Ústí nad Labem dne 30. 04. 2021

  
.....  
Ing. Václav Štyvar, vedoucí  
Samostatné oddělení veřejných zakázek