



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Koagulace - část 2: Argon plazma koagulace pro Nemocnici Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2410/2021**

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje u vysokofrekvenční koagulace:

- Vysokofrekvenční výstup – monopolární módy:
  - Minimálně 4 módy pro monopolární koagulaci, s nastavitelnou intenzitou síly efektu (výkonem) minimálně ve 3 úrovních u každého módu:
    - Sprejová koagulace

Ve specifikaci je požadován sprejový mód koagulace. V gastroenterologii má tento mód praktické využití pouze při operaci POEM. Pokud je navíc elektrochirurgická jednotka doplněna o argonplazmový modul, který poskytuje bezdotykové módy podobné sprejové koagulaci, není sprejová koagulace nutná.

Námí nabízené elektrochirurgické přístroje nabízí všechny požadované módy řezu a koagulace kromě sprejové koagulace, které ve spojení s argonplazmovou jednotkou splňují stejný medicínský účel. Připustí zadavatel nabídku přístroje bez sprejového módu koagulace?

### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení, a nadále netrvá na požadavku sprejové koagulace.

### Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje u vysokofrekvenční koagulace:

- Jednotka musí být ovládána pomocí dotykového displeje

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s barevnou obrazovkou a s ovládáním dotykovými klávesami, které je snadné, intuitivní, komfortní a rychlé? Ze zkušeností víme, že použití přístroje s ovládáním dotykovými klávesami nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné.

Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného přístroje?

### Odpověď na dotaz č. 2:



Zadavatel trvá na požadavku, přestože uznává, že se nejedná o faktor s přímým vlivem na klinický účel přístroje, ale z vlastních zkušeností ví, že ovládací menu ve spojitosti s dotykovým displejem nabízí znatelně rychlejší, přehlednější a komfortnější ovládání, a nastavování přístroje.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne

12 -05- 2021

.....  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel