



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 2: Argon plazma koagulace pro Nemocnici Most, o.z.**
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2410/2021**

OPRAVA - Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje kompatibilitu s argon-plazma koagulačními sondami i s radiálním zakončením.

Uchazeč může nabídnout argonové sondy axiální a laterální. Radiální argonové sondy uchazeč v nabídce nemá. Bude tato skutečnost hodnocena jako nesplnění technických požadavků?

Odpověď na dotaz č. 1:

Původně:

Ano, zadavatel toto bude hodnotit jako nesplnění technických požadavků.

Nově:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení, a nadále netrvá na kompatibilitě s argon-plazma koagulačními sondami s radiálním zakončením.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne **13 -05- 2021**

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627