

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 21

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 13.04.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 11 – Operační mikroskop binokulární s nástavcem pro asistenci (neurochirurgie, replantace).

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Citace dotazů a odpovědí:

Základní technické požadavky:

Dotaz č. 1:

- Bod specifikace: automatické vyvážení celého systému při změně příslušenství i při operaci

Požaduje zadavatel automatické intraoperační vyvážení mikroskopu stisknutím jednoho tlačítka dostupného ze sterilního pole a bez nutnosti pohybu optické hlavy mikroskopu a jejího přesunu do jiné určené pozice?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje automatické vyvážení celého systému pomocí jednoho tlačítka, jestli uchazeč nabídne další funkce např. bez nutnosti pohybu optické hlavy mikroskopu a jejího přesunu do jiné určené pozice, zadavatel tuto nabídku akceptuje.

Dotaz č. 2:

- Bod specifikace: integrovaný HD multifunkční dotykový displej s úhlopříčkou cca. 22"

Akceptuje zadavatel řešení se samostatným 24" full HD monitorem připevněným pomocí čtyřosého nosníku na stojanu mikroskopu a samostatným dotykovým displejem pro ovládání funkcí mikroskopu vestavěným do stojanu mikroskopu?

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

- Bod specifikace: pracovní vzdálenost cca. 200 – 500 mm

Akceptuje zadavatel řešení mikroskopu s pracovní vzdáleností 225 až 600 mm?

Odpověď č. 3:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

- Bod specifikace: uhlové zvětšení binokuláru min. 10x

Akceptuje zadavatel řešení mikroskopu s náklonným binokulárem 30-150 stupňů pro chirurga a bočního asistenta a náklonným binokulárem 0-180 stupňů pro „face-to face“ asistenta což poskytuje optimální funkčnost ve všech chirurgických pozicích?

Odpověď č. 4:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 5:

- Bod specifikace: nastavení dioptrií

Požaduje zadavatel pro lepší vidění nastavení dioptrií a fokusace nezávisle pro chirurga a „face-to face“ asistenta?

Odpověď č. 5:

Ano.

Dotaz č. 6:

- Bod specifikace: záložní světelný zdroj

Požaduje zadavatel z bezpečnostních důvodů dva plně nezávislé, ekvivalentní světelné zdroje s dvěma samostatnými napájecími zdroji?

Odpověď č. 6:

Zadavatel požaduje dva plně nezávislé, ekvivalentní světelné zdroje (jeden hlavní, druhý záložní) s jednoduchou výměnou lampy nebo s dvěma samostatnými napájecími zdroji.

Dotaz č. 7:

- Bod specifikace: integrovaný modul pro intraoperativní angiografickou diagnostiku

integrovaný modul pro fluorescenční detekci tumoru

Požaduje zadavatel ICG and fluoresceinovou angiografii plus 5ALA fluorescenci pro detekci tumorů v jednotce mikroskopu?

Odpověď č. 7:

Ano.

Dotaz č. 8:

- Bod specifikace: integrovaná projekce obrazových dat do obou okulárů operátora (zobrazení navigace, CT, MR) a ovládání z rukojeti operátora

Akceptuje zadavatel řešení mikroskopu, kdy místo projekce dat do okuláru chirurga je využit displej umístěný na optické hlavě na straně chirurga zobrazující aktuální zvětšení a pracovní vzdálenost?

Odpověď č. 8:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Požadavky k stereoskopickému HD systému s funkcí 3D vizualizace

Dotaz č. 9:

- Bod specifikace: úhlopříčka monitoru cca. 42"

Akceptuje zadavatel řešení mikroskopu s 3D monitorem s full HD rozlišením o uhlopříčce 32" integrovaným do stojanu mikroskopu?

Odpověď č. 9:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 10:

- Bod specifikace: na samostatném stojanu a mobilní

Akceptuje zadavatel řešení mikroskopu s 3D systémem plně integrovaným do stojanu mikroskopu bez externí kabeláže?

Odpověď č. 10:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 11:

- Bod specifikace: Motorizovaný fokusační systém

Akceptuje zadavatel řešení mikroskopu s funkcí autofokuse založené na technologii videoanalýzy, což umožňuje uživateli nastavit velikost a pozici plochy na kterou je automatická fokusace nastavena?

Odpověď č. 11:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12 (z 24. 3. 2015)

Dotaz č. 12:

- Informace: V rámci zadávací dokumentace není řešeno sterilní krytí mikroskopu při operaci

Akceptuje zadavatel řešení krytí mikroskopu bez vakuového systému? Tento systém způsobuje vibrace, které mohou být rušivé při větším zvětšení. Navíc vyžaduje použití nákladných jednorázových pomůcek, nezkracuje dobu operace a klade větší nároky na práci sester.

Odpověď č. 12:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek u části VZ č. 11

S ohledem na povahu dodatečných informací ve vztahu k zadávacím podmínkám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části VZ č. 11 **Operační mikroskop binokulární s nástavcem pro asistenci**. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem, dne 20. 4. 2015

v. z.  MUDr. Jiří Mrázek

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.