

Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

dotaz č. 1

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015 - Část 2

2. Skiaskopicko-skiagrafický rtg digitální přístroj – Nemocnice Most, RDG oddělení

Zadavatel požaduje současně na jednom pracovišti

- Univerzální digitální skiaskopicko-skiagrafická sklopná vyšetřovací stěna
- Vertigraf se sklopným FPD
- Stropní závěs přídavné rentgenky teleskopický s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce
- 2 ks diagnostických monochromatických LCD monitorů na stropním závěsu
- stropní pojízdný závěs s ochranou proti záření z olovnatého skla

Domníváme se, že v této zcela výjimečné konfiguraci zařízení, kdy je na stropě zavěšena řada na sobě nezávislých částí, je nemožné zajistit standardně vysokou bezpečnost při použití automatizovaných pohybů stroje. Podle našeho názoru hrozí nebezpečí kolize s dalšími systémy. Domníváme se, že není bezpečné a je jenom velmi komplikovaně technicky řešitelné, ne-li nemožné, provozovat v této konfiguraci systém, který bude mít plnou automatizaci pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce.

- Dotaz: Skutečně zadavatel trvá na požadavku Stropního závěsu přídavné rentgenky s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce?

odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na znění požadavku – „Stropní závěs přídavné rentgenky teleskopický s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce“, jak je uveden v technické specifikaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

V Ústí nad Labem dne: 27-04-2015

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

21