



Název veřejné zakázky: **Ultrazvukový přístroj pro Emergency, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.(dále jen „VZ“)**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2543/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Ovládací panel musí být výškově nastavitelný v rozsahu minimálně 17 cm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s ovládacím panelem, který je nastavitelný v rozsahu 10 cm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Nejvyšší pozice ovládacího panelu musí být minimálně 99 cm a nejnižší pozice ovládacího panelu musí být minimálně 64 cm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj, jehož nejvyšší pozice ovládacího panelu je 91 cm a nejnižší pozice ovládacího panelu je 81 cm?

Odpověď na dotaz č. 2 :

Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Standby mód pro rychlý start přístroje – do maximálně 30 sekund, start z úplného vypnutí do maximálně 70 sekund.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj se stratem z úplného vypnutí za 90 sekund?



Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na zadání.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj bez této funkce?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na zadání.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Mechanická QWERTY klávesnice zajišťující do ovládacího panelu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s mechanickou QWERTY klávesnicí umístěnou na ovládacím panelu?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Digitální TGC ovladače (nikoliv mechanické) ovládané z dotykové obrazovky a uložení jejich nastavení pro každý preset.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s mechanickými TGC ovladači?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel trvá na zadání.





V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

4 - 06 - 2021

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

06



Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

