



Název veřejné zakázky: **Mozkový kortikální stimulátor pro Neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **podlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2567/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje integrovanou čtečku čárových kódů. Tuto modalitu nabízí pouze jediný dodavatel na trhu. Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat dodání neuromonitoringu bez integrované čtečky čárových kódů?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na znění technické specifikace a nebude akceptovat nabízené řešení bez integrované čtečky čárových kódů.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje hmotnost max. 7,5 Kg. Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat dodání neuromonitoringu o hmotnosti 11 Kg?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na znění technické specifikace a nebude akceptovat nabízené řešení neuromonitoringu o hmotnosti 11 kg.

V Ústí nad Labem dne: - 9 -06- 2021


.....
Ing. Hana Panznerová
Vedoucí, Samostatné oddělení veřejných zakázek