

Poskytnutí dodatečných informací č. 7

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

dotaz č. 1

Dotaz č.1: Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného skiaskopicko-skiagrafického RTG systému renomovaného světového dodavatele, splňující medicínský účel a diagnostické využití s rozsahem digitální pulzní skiaskopie 3 – 30 pulsů/sec ?

U akvizice obrazu předpokládáme, že požadavek min. 3 – 30 snímků/s je administrativní chybou. Vyhoví nabídka akvizice obrazu v rozsahu 0,5 - 8 snímků /sec?

odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští administrativní chybu v uvedeném odstavci.

Správné znění:

Pulzní skiaskopie a akvizice obrazu

- Pulzní skiaskopie v rozsahu min. 3 – 30 pulsů/s
- Akvizice obrazu v rozsahu min. 1 – 8 snímků/s v matici 1024 x 1024

dotaz č. 2

Dotaz č. 2: Předpokládáme, že snímky dlouhých struktur pro ortopedii jsou zpravidla pořizovány ve stoje v zátěži, tedy u vertigrafu. Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného skiagrafického RTG systému renomovaného světového dodavatele, splňující medicínský účel a diagnostické využití s automatickým krokovým snímkováním a automatickou tvorbou obrazu dlouhých struktur vstoje u vertigrafu včetně patientského snímkovacího stojanu a speciální sekundární clonou s ohniskovou vzdáleností 300 cm?


odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje funkcionalitu „Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur“ pouze vstoje u vertigrafu.

V parametrech „Vyšetřovací stůl stacionární s FPD“ není funkcionality „Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur vleže“ požadována

Na základě výše uvedených odpovědí na žádosti o dodatečné informace zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek pro část. 2 a 3 na 20.07.2014 v 10:00. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20.07.2014 v 10:30.

V Ústí nad Labem dne: 29-04-2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel