

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 26

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje k zadávacím podmínkám k části VZ č. 7 - RTG C-rameno, z vlastního podnětu, následující dodatečné informace:

Zjištění:

U VZ č. 7 - RTG C rameno (RTG C rameno (dětská traumatologie – ambulance), RTG C rameno (dětské traumatologické operační sály) a RTG C rameno (trauma dospělí)) vzájemně nekorespondují Přílohy č.1 ZD – Krycí list nabídky (část VZ č.7) – bod 2. Nabídková cena, podčást C (mobilní skiaskopický rtg přístroj s C ramenem s flat detektorem pro běžné výkony na dětské traumatol. ambulanci) a Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 7 VZ, textová část podčásti C, kde je uvedeno:

„Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojezdny skiaskopický rtg přístroj s C ramenem se zesilovačem obrazu běžné výkony na dětské traumatologické ambulanci. Požadován je přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním jak na dětské traumatologické ambulanci, tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, ambulance), možnost odpojení vozíku s monitory od přístroje, snadné brždění přístroje.“

Nesrovnalost byla zjištěna u podčásti C, kde v Příloze č.1 ZD – Krycí list nabídky (část VZ č. 7) je uveden požadavek na flat detektor u mobilního skiaskopického rtg přístroje a v Příloze č. 3 ZD - Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 7 VZ v textové části (viz. výše) je uveden požadavek pouze na pojezdny skiaskopický rtg přístroj s C ramenem se zesilovačem obrazu běžné výkony na dětské traumatologické ambulanci, tj. bez požadavku na flat detektor.

Závěr:

Omlouváme se, došlo k formální chybě na straně Zadavatele u Přílohy č. 1 ZD - Krycí list nabídky (část VZ č.7). Specifikace uvedená na krycím listu nabídky je chybná. Zadavatel u podčásti C nepožaduje u mobilního skiaskopického rtg přístroje s C ramenem pro běžné výkony na dětské traumatol. ambulanci flat detektor, tj. správně je specifikace uvedená v Příloze č. 3 ZD - Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část VZ č. 7.


V příloze těchto dodatečných informací zasíláme opravený krycí list nabídky, který prosím použijte pro zpracování své nabídky.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek u části VZ č. 7

V souvislosti s tímto zjištěním, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u VZ č.7 - RTG C rameno (RTG C rameno (dětská traumatologie – ambulance), RTG C rameno (dětské traumatologické operační sály) a RTG C rameno (trauma dospělí)). Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

Příloha DI č.26: Příloha č.1 ZD - Krycí list nabídky (část VZ č.7)_aktualizované

V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2015

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.


Ing. Václav Štyvar