

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – pořízení lineárního urychlovače a PET/CT“

Dotaz:

Část 2, PET/CT skener

PET infusion systém – 2 ks

- automatická mobilní aplikační stanice ALL IN ONE

Požaduje zadavatel dodání automatického systému pro rozplnění celkově dodané aktivity z výroby na dávky pro jednotlivé pacienty s následnou volitelnou automatickou nebo manuální aplikací RF jednotlivému pacientovi, volitelně ve stejné místnosti jako rozplnění nebo v jiné (aplikační) místnosti?

Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:

Na trhu jsou dostupná různá zařízení v závislosti na požadovaných parametrech. Zadavatel by měl specifikovat alespoň základní parametry.


Odpověď:

Zadavatel upřesňuje požadavek na mobilní systém, který musí umožnit podání dávky radiofarmaka více pacientům přímo ze zásobníku po předchozí kalkulaci konkrétní podávané dávky na základě vestavěného kalibračního zařízení přímo do kanyly pacienta.

(S ohledem na mobilitu zařízení tedy bude možné podávat pacientovi aktivitu na kterémkoli určeném místě)

V Ústí nad Labem dne:

30-04-2015

02


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

