

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 27

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 24.04.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 1 – Multidetektorový CT přístroj a k části VZ č. 4 - Pojízdný RTG přístroj.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Citace dotazů a odpovědí:

Předmět dotazu: VZ č. 1 – Multidetektorový CT přístroj

V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 22 odpověděl Zadavatel na dotaz týkající se Části 1 ve smyslu, že je požadován

“128 slice CT přístroj vyšší kategorie umožňující snímat 128 slice za jednu rotaci (tzn. nastavit v akvizičním protokolu buď kolimaci 2 x 64 x 0,625 mm nebo 128 x 0,625 mm)”.

Zadavatel současně požaduje, aby celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru byla 35 – 40 mm a aby detektor sestával z 64 řad. V takovém případě předpokládáme, že má být umožněna fyzická kolimace odpovídající šíři detektorového pole, tj. např. 64 x 0,625 mm, a požadavkem 2 x 64 x 0,625 mm nebo 128 x 0,625 mm má Zadavatel zřejmě na mysli tzv. vzorkovanou (sampled) kolimaci. Prosíme však pro vyloučení pochybností o potvrzení správnosti tohoto předpokladu.

Dotaz č. 1:

Prosíme Zadavatele o potvrzení, že požadavek 2 x 64 x 0,625 mm nebo 128 x 0,625 mm se vztahuje k vzorkované kolimaci, nikoliv k fyzické kolimaci.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje, aby celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru byla 35-40mm a aby detektor sestával z 64 řad. V takovém případě musí být umožněna fyzická kolimace odpovídající šíři detektorového pole. Požadavek 2x64x0,625 mm nebo 128 x 0,625 mm se vztahuje samozřejmě k vzorkované, nikoli fyzické kolimaci.

Předmět dotazů: VZ č. 4 - Pojízdný RTG přístroj

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci týkající se Části 4 Zadavatel požaduje, aby doba nabíjení baterie přístroje nepřekročila 5 hodin. V běžném provozu dochází k nabíjení baterie určené pro motorizovaný pojezd za stavu, kdy tato baterie není zcela vybitá. V takovém případě je doba dobíjení kratší než 5 hodin.

Dotaz č. 2:

Bude Zadavatel považovat za splnění medicínského účelu případ, kdy doba nabíjení zcela vybité baterie nepřekročí dobu 6 hodin, přičemž obvyklá doba nabíjení ne zcela vybité baterie bude kratší než 5 hodin?

Odpověď č. 2:

Ano.

Dotazy č. 3 a 4:

Dále zadavatel požaduje, aby přístroj splňoval následující parametry:

- Rentgenka velikost malého ohniska menší nebo rovna 0,8 mm
- Náhled obrazu při WLAN za max. 6 s, plný obraz za max. 13 s

Dotaz č. 3:

V případě, že velikost malého ohniska má být menší nebo rovna 0,8 mm, bude Zadavatel považovat za dostatečné k provádění expozic s vyšším výkonem, aby velikost velkého ohniska byla větší nebo rovna 1,0 mm?

Dotaz č. 4:

V případě, že Zadavatel definuje podmínku náhledu obrazu při WLAN do 6 sekund, znamená to, že požaduje, aby oba přenosné detektory umožňovaly bezdrátový přenos obrazu bez nutnosti kabelového propojení?

Odpověď č. 3:


Ano.

Odpověď č. 4:

Ano.

S ohledem na povahu dodatečných informací ve vztahu k zadávacím podmínkám, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části VZ č. 4 - Pojízdný RTG přístroj. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem, dne 3.0.04.2015



02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.



Ing. Václav Štyvar