

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 28

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 27.04.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 1 – Multidetektorový CT přístroj.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Citace dotazů a odpovědí:

Dotaz č. 1

Potenciální uchazeč v rámci vypsané nadlimitní veřejné zakázky zaslal dodatečné dotazy týkající se kolimace akvizice a vaší odpověď "ano" v rámci dodatečných informací došlo k zmatečné a ne zcela jasné situaci. Původně se jednalo o kategorii kolimace 35-40 mm aktivního detektoru ve směru osy Z (tolerance 10%), jinými slovy konfigurace detektoru 64 x 0,6 mm nebo 64 x 0,625 mm nebo 80 x 0,5 mm, které všechny vytvářejí minimálně 128 řezů z naměřených údajů jedné otáčky s polopřekrývanou prokládanou rekonstrukcí řezů bez ohledu na techniku převzorkování (plovoucí ohnisko (flying local spot), konjugované nebo konexoktní). Po zodpovězení dodatečných dotazů byl tento požadavek změněn na 80 mm kolimaci 128 x 0,625 mm, což je jiná kategorie CT skeneru. $2 \times 64 = 128 \times 0,625 \text{ mm} = 80 \text{ mm}$, některými chápáný jako dual source CT skener s 2 x 64 řadami. Do doby podání dodatečných informací č. 22 však zadavatel požadoval 128 řezový CT skener.

Dotaz:

Uvedte prosím jasně svůj požadavek a definujte vámi požadovanou kategorii CT přístroje:

Jaká je požadovaná minimální velikost pokrytí aktivním detektorem ve směru osy Z? A jaké je požadované nejlepší Z rozlišení dosažené v tomto kolimačním režimu?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na svém původním požadavku na snímání dat, jak byl definován v technické specifikaci pro část č. 1 VZ. V dodatečných informacích č. 22 zadavatel pouze potvrdil, že je požadován 128 slice CT přístroj vyšší kategorie umožňující snímat 128 slice za jednu rotaci. Dotaz na možnost nastavení kolimace 2 x 64 x 0,625 mm či 128 x 0,625 mm, který byl takto formulován, musí být chápán v kontextu ostatních požadavků, tj. požadavků na šířku detektorového pole (35 – 40 mm) a počet detektorových řad (64).

Z uvedeného je zřejmé, že se nemůže jednat o fyzickou kolimaci 2 x 64 x 0,625 mm či 128 x 0,625 mm, kterážto by neodpovídala požadované šíři detektoru a požadovanému počtu detektorových řad, ale o kolimaci virtuálně zdvojenou, odvozenou od techniky převzorkování. Zadavatel si je vědom, že existují různé techniky převzorkování vyjmenované tazatelem, které vedou ke splnění požadovaného medicínského účelu.

Dotaz č. 2

V kupní smlouvě v čl. V odst. 8 se píše:


*V případě, že zboží nebylo opraveno ve lhůtě uvedené v článku V. odst. 7 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý kalendářní den až do doby opravy zboží. Denní (za každý kalendářní den) smluvní pokuta vychází z provedených výkonů na reklamovaném přístroji za poslední kalendářní měsíc, kdy byl v plném provozu a je stanovena následovně:
Denní smluvní pokuta za neprovedení opravy zboží = průměrný počet bodů za pracovní den pracovištěm nerealizovaných v důsledku neprovedení opravy ve lhůtě (minimálně však 50.000 bodů) x maximální finanční úhrada zdravotní pojišťovny za jeden bod.*

Dotaz: Může zadavatel uchazeči poskytnout informaci o přibližném průměrném počtu bodů za pracovní den na daném pracovišti (resp. očekávaný počet) pro přesnější ocenění tohoto rizika?

Odpověď č. 2:

Denní produkce bodů na jednom CT přístroji činí cca 131 000 bodů/pracovní den.

Ústí nad Labem, dne 30.4......2015



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Václav Štyvar