

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 30

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 27.04.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 3 - Skiografický přístroj s přímou digitalizací.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1

Pasáž v ZD: Příloha č.3 ZD, TS pro část č.3 - „Minimální technické požadavky ... Stropní závěs“

Nejasnost se týká parametru: Motorizované pohyby stropního závěsu

Zadavatel požaduje v technické specifikaci pro skiografický přístroj takový stropní závěs, který má motorizované pohyby a disponuje automatickým **sledováním** a **nastavováním** vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče.

Chápeme tento požadavek tak, že:

a) automatickým **sledováním** vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče má Zadavatel na mysli funkci, která se běžně označuje jako **Autotracking** (paralelní pohyb rtg. zářiče a detektoru ve stole či vertigrafu)

a


b) automatickým **nastavováním** vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče má Zadavatel na mysli funkci, která se běžně označuje jako **Autopositioning** (automatické nastavení pozice přístroje podle typu zvoleného vyšetření)

Mohl by Zadavatel laskavě potvrdit, zda tomu rozumíme správně?

Odpověď č.1:

Ano, chápete to správně. Zadavatel požaduje obě funkce, tedy autotracking a autopositioning.

Ústí nad Labem, dne 30.4.2015

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.


Ing. Václav Štyvar