



Název veřejné zakázky: **Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní a.s., 2021 - ČÁST 6 - Infuzní stojany**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2642/201**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

„Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021“

1. Zadavatel v technické specifikaci uvádí požadavek „stojan výškově stavitelný v min. rozsahu 125 – 200 cm“. Dle zkušenosti dodavatele je výšková nastavitelnost již od 125 cm klinicky nevýznamná, v praxi nevyužitelná a takto velký rozptyl může způsobovat nestabilitu a při zatížením vaky nebo lahvemi na všech čtyřech háčcích může hrozit vychýlení. Účastníkem nabízený stojan je výškově nastavitelný v rozsahu 170 – 220 cm a zajišťuje tak stabilitu i při maximální výšce při plném zatížení stojanu. Bude zadavatel akceptovat tento stojan, který je výškově nastavitelný v rozsahu 170 – 220 cm a poskytuje vyšší stabilitu?
2. Vzhledem k technické specifikaci předmětu zakázky, kde není specifikován stěžejní parametr minimální nosnost stojanu, může zadavatel obdržet velmi různorodé, neporovnatelné nabídky. Infuzních stojanů existuje velké množství druhů dle účelu použití. Mohl by zadavatel vyspecifikovat minimální požadovanou nosnost, tak, aby předmět zakázky byl schopen i umístění infuzní techniky, a tedy měl minimální nosnost alespoň 25 kg?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k oběma dotazům uvádí, že trvá na splnění technické specifikace tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Parametry, na které se účastník dotazuje, jsou v technické



specifikaci uvedeny jako minimální, tj. účastník může nabídnout zboží s lepšími parametry za současného dodržení minimálních parametrů uvedených v technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne: - 1 -07- 2021



Ing. Hana Panznerová
Vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek

