

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 32

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“**

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 06.05.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 3 - Skiografický přístroj s přímou digitalizací.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

### Dotaz č.1:

Část veřejné zakázky č. 3 – Skiografický přístroj s přímou digitalizací

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č.3 VZ:

- Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.30

- Ano, zadavatel požaduje obě funkce autotracking a autopositioning.

Zadavatel v podmínkách pro modernizaci přístrojového vybavení a nákup digitálního skiografického přístroje jasně popsal funkci obecně nazvanou Autotracking, tedy „Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče“.

Máme za to, že všem uchazečům byl tento popis zřejmý a jasně definující třídu přístroje, která je zřejmá i z předpokládané ceny uvedené v ZD.

Dle našeho názoru ale odpovědí na dotaz (Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.30)

zadavatel změnil třídu přístroje a dodatečně vložil další, ne úplně přesně specifikovaný požadavek firemním výrazem některých výrobců (Autopositioning), který tazatel ve svém dotaze upřesňuje jako „automatické nastavení pozice přístroje podle typu zvoleného vyšetření).

Pod tímto vysvětlením se dají nabídnout minimálně tři typy přístrojů se zásadními rozdíly v úrovni automatického nastavování ale zejména i v rozdílné cenové hladině.

1. Automatické nastavení, centrace detektoru (synchronizace, zacentrování) dle nastavené rentgenky (přístroj automaticky nastaví, nacentruje detektor tak, aby primární paprsek byl na středu detektoru)
2. Automatické nastavení pozice přístroje (stolu, stropního stativu, rentgenky, vertigrafu) podle typu zvoleného vyšetření, s automatickým motorickým pohybem některých z komponentů v jedné až dvou rovinách v čase v řádech desítek sekund.
3. Plně automatický simultánní pohyb všech komponentů (stolu, stropního stativu, rentgenky, clony, vertigrafu) v min. 6 rovinách v reálném čase pro rychlé zaujetí požadované pozice v řádu jednotek sekund s možností přednastavení až 1.000 pozic, ovládání dálkovým ovladačem. (úplně jiná kategorie přístroje, nekoresponduje s předpokládanou cenou přístroje v ZD)

Dle původního požadavku na uvedený přístroj předpokládáme, že došlo k administrativní chybě, či omylu.

#### Dotaz č.1

Myslí zadavatel požadavkem: „Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče funkcí Autotracking, a funkcí Autopositioning je myšleno automatická centrace detektoru (synchronizace, zacentrování) dle nastavené rentgenky, tedy automatické motorické zaujetí pozice primárního paprsku na střed detektoru?

#### Odpověď č.1:

Ano.

Ústí nad Labem, dne .....<sup>12.5.</sup>.....2015

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel  
Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Václav Štyvař