



Název veřejné zakázky: **Dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství a antidekubitních matrací pro Krajskou zdravotní, a. s. 2021-část 1 – Elektrická nemocniční lůžka standard s matrací a příslušenstvím**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2654/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Nemocniční lůžko elektrické

Parametr:

- Zámky odnímatelných čel musí být barevně rozlišeny pro rychlou orientaci personálu, jestli je čelo zamknuto či odemknuto. Toto barevné rozlišení musí být viditelné z pozice stojící obsluhy

Může uchazeč zadavateli nabídnout páčku aretace odnímatelných čel v zelené barvě, která je velice dobře rozeznatelná a nepřehlédnutelná od bílé konstrukce lůžka?

Na první pohled je tedy neomylně vidět, zda je páčka odcvaknutá a čelo je tak odaretované nebo zda je páčka zacvaknutá a čelo je tak zaaretované.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení

Dotaz č. 2:

Nemocniční lůžko elektrické

Parametr:

- Kompaktní plastové dělené svisle sklopné tříčtvrteční postranice s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 10 cm, nepřipouští se překlopení postranic, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch postranic nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci.

Může uchazeč zadavateli nabídnout kompaktní plastové dělené svisle sklopné postranice po celé délce lůžka s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení je brzděné (tlumené) a probíhá s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 14 cm?

Zadavatel tak docílí jednoznačně větší bezpečnosti pro pacienty, kteří tak nebudou moci samovolně opustit lůžko a vyhnou se tak možnému pádu či poranění při samovolném opuštění lůžka.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 3:

Noční stolek kovový

Parametr:

- Odolná horní plocha s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

Může uchazeč zadavateli nabídnout odolnou horní plochu se zvýšeným okrajem zamezující pádu položených předmětů?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

Noční stolek kovový

Parametr:

- Jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

Může uchazeč zadavateli nabídnout jídelní desku se zvýšeným okrajem zamezující pádu položených předmětů?


Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

20. 08. 2021


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel