

Poskytnutí dodatečných informací č. 9

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

dotaz č. 1

Část 8 - RTG simulátor a část 9 – Přístroj pro ozařování transfuzních přípravků

Předmět dodatečné informace č. 1:

Část dokumentace:

Technická specifikace.

Požadavek zadavatele:

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady..... Součástí nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště....

Znění dotazu:

Poskytne zadavatel odpovídající výkresovou dokumentaci prostor určených pro instalaci výše uvedených zařízení ve formátu .dwg nebo alespoň v papírové formě se zřetelnými číselnými a popisnými údaji tak, aby bylo možno provést zpracování požadované výkresové dokumentace a kvalifikovaný odhad nákladů na tyto úpravy?

odpověď na dotaz č. 1

Pro část 8 – RTG simulátor. Zadavatel poskytuje v příloze této dodatečné informace výkres prostor určených pro instalaci předmětu plnění ve formátu .dwg.

Pro část 9 – Přístroj pro ozařování transfuzních přípravků. Zadavatel nedisponuje výkresem ve formátu .dwg. V archivní dokumentaci se nepodařilo dohledat zájmové 1.NP. K dispozici jsou půdorysy 1.PP a 2.NP, ze kterých by měly být patrný základní rozměrové údaje podlaží viz. příloha této dodatečné informace.

V Ústí nad Labem dne:

21 -05- 2015

MUDr. Jiří Mrázek

v zastoupení

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627