

## Objednávka 4600097816

Datum objednávky 16.09.2021

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.

člen koncernu

Evropská 176/16

160 41 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás

1000052

Termín dodávky: 16.09.2021

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava automatického dezinfektoru ETD	81.225,00	81.225,00

Objednáváme u Vás opravu automatického dezinfektoru

typ: ETD mini GA double chambre:

Inventární číslo:410001874,výrobní číslo:2006800FR123.

Nelze spustit obě komory, ucpané filtry

Jméno kontaktní osoby: [REDACTED] oddělení centrální endoskopie

Nemocnice Most

Telefon: [REDACTED]

Objednávka vystavena na základě vašeho cenového návrhu č. PLE/13823

Celk.hodn. s DPH CZK

81.225,00

Vystavil [REDACTED]

Z důvodu [REDACTED] 007 nutně na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět  
jako adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích  
listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury  
bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet  
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.  
Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v  
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její  
účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

**Cenový návrh číslo:  
PLE/13823**

ze dne: 13. září 2021  
platný do: 12.11.2021

Číslo Vaší objednávky:

Krajská zdravotní, a.s.  
Nemocnice Most, o.z.  
odd. centrální endoskopie

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

PRACOVNÍSTĚ: odd. centrální endoskopie  
PŘÍSTROJ: Automatický dezinfektor

DATUM INSTALACE: 13.5.2021  
TYP: ETD Mini GA double  
VÝROBNÍ Č. : 2006800FR123

**NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:**

Chyba E95 - nelze provést samodezinfekční program na horní i spodní komoře - zanesené vstupní vodní filtry. Záruka neuznána z důvodu nedostatečné čistoty vody + jedná se o spotřební materiál

**S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :**

Výměnu vstupních vodních filtrů 0,45 a 0,1 µm na obou komorách

**Rozpis práce a dílů nutných k opravě:**

Díl / práce	Kód	Ks	Cena za ks (Kč)
Filter Kleenpak Flourodyne 0,45	W7130126	2	15986,-
Filter Kleenpak Flourodyne 0,1	W7130127	2	16333,-
MSD labor	ESM610CG016	1	1490,-
Cestovné - zóna B	ESXTZ02	1	1000,-

**CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 67 128 Kč**

**CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% ..... 81 225 Kč**

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu. Pronájem přístroje se řídí zápůjčními podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY  
PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 13. září 2021

DNE: .....

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

**OLYMPUS CZECH GROUP S.P.O. ČLEN KONCERNU**

zápis v ORMS v Praze, oddíl C, vložka 93921 | IČ: 27068641 | DIČ: CZ27068641 | DS: 644rdaw  
registrovaná dovozní a servisní organizace ve smyslu zákona č. 89/2021 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR

DOC-19-01563 v.5



Management System  
EN ISO 13485:2016  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID: 000057264

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pondělí 20. září 2021 9:55  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** FW: [EXTERNAL] objednávka  
**Přílohy:** image001.png; image002.png; 4600097816.pdf

Dobrý den, [REDACTED]  
objednávku předávám technikovi.

>>> **ČÍSLO TOHOTO PŘÍPADU JE [REDACTED] POKUD NÁM ZAVOLÁTE, PROSÍME, SDĚLTE NÁM JEJ.**  
V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NA TENTO EMAIL, ZACHOVEJTE V HISTORII ZPRÁVY NÁSLEDUJÍCÍ REFERENCI [REDACTED]

DĚKUJEME <<<

[REDACTED]

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU  
Evropská 176/16  
160 41 Praha 6  
Česká republika

[REDACTED]

Registrována v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 93921; IČO: 270 68 641

[REDACTED]

----- Forwarded Message -----

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** 16.9.2021 10:11  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** [EXTERNAL] objednávka

PLEASE NOTE: Please use caution when opening links and attachments in this message.



PLEASE NOTE: Please use caution when opening links and attachments in this message.

Dobrý den,

V příloze Vám zasilám objednávku č. 46/97816 – oprava automatického dezinfektoru ETD mini GA na oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most.

Prosím o akceptaci (potvrzení přijetí) této objednávky z důvodu vkladu do registru smluv.

Děkuji, přeji hezký den.

 **Krajská zdravotní, a.s.**

  
referent

Oddělení zdravotnické techniky  


  
web: [www.kzcr.eu](http://www.kzcr.eu)

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

J.E.Purkyně 270, Most

