

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – pořízení lineárního urychlovače a PET/CT“

Dotaz:

Standardním požadavkem při léčbě radioterapií je zajištění kompatibility a zaměnitelnosti ozařovačů beze změny ozařovacího plánu.

Z obecných zdrojů je známo, že pro účely léčebné péče Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní a.s. byla pro Nemocnici Chomutov pořízena náhrada LU I Precise typem **Synergy XVI** s modernějšími konstrukčními prvky a s odlišnou konfigurací oproti předchozímu typu (nově MLC typu Agility, systém plánování radioterapie Monaco 3D pro radioterapii s modulovanou intenzitou IMRT a VMAT s podporou 4D, verifikační systém MOSAIQ a další). V zadávací dokumentaci jsou jako stávající vybavení uvedeny LU Precise I., LU Precise II. a Simulátor PreciseSim.

Specifikace nově požadovaného vybavení - náhrada současného LU Precise - obsahuje rovněž podmínku kompatibility s verifikačním systémem (parametr č.15), přenos parametrů a propojení s plánovacím systémem (parametr č.17).

Otázka uchazeče:

Je zmíněná kompatibilita vztažena k nově nainstalované technice LU Synergy a verifikačnímu systému MOSAIQ a ne k uvedenému vybavení pracoviště v ZD LU Precise I. a LU Precise II?

odpověď:

Ano, zmíněná kompatibilita je vztažena k nově instalované technice LU Synergy a verifikačnímu systému MOSAIQ.

V Ústí nad Labem dne: 28-05-2015

06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25448627
DIČ: CZ05488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel