



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -
Vodoléčba pro Rehabilitační odd. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2681/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že vany musí mimo jiné obsahovat „proplach perličkového systému“. Neměl zadavatel na mysli vysoušení neboli „profuk“ vzduchových trysek? Případně povolí zadavatel místo proplachu toto vysoušení?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel měl na mysli vysoušení, neboli „profuk“ trysek.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že vany mají obsahovat „minimálně 3 zóny perličkové masáže „ je renomovaným výrobcem mnoha typů hydromasážních van, ale naše vany mají 2 zóny. Povolí zadavatel 2 zóny perličkové masáže? V opačném případě by  nesplňovala technické parametry a výběrového řízení by se nemohla zúčastnit.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel vámi nabízené řešení nepovoluje a trvá na minimálně 3 zónách perličkové masáže.

V Ústí nad Labem dne: **30 -09- 2021**

01  **Krajská zdravotní, a.s.**
oddělení veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Ing. Hana Panznerová
vedoucí oddělení veřejných zakázek