



Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly IV. - část 1: Operační stoly pro Nemocnici Chomutov, o.z.
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	2676/2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Požadovány boční zarážky pro polohování pacienta s trojkloubovým mechanismem včetně opěrky (polsteru).

Bude zadavatel akceptovat jiné řešení boční zarážky pro polohování pacienta, které umožňuje vypořehování pacienta v jakékoliv pozici ve třech osách a splňuje stejný požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje boční zarážky v takovém provedení, aby umožňovaly polohování pacienta a byly stavitelné ve třech osách. Zadavatel netrvá pouze na kloubovém provedení.

Dotaz č. 2

Přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu - celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm); karbonový.

Bude zadavatel akceptovat stolek o požadovaných rozměrech, který je vyroben z obdobného materiálu jako karbon s obdobnými vlastnostmi na OS běžně používán a je plně RTG transparentní?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje i nabízený přídavný stolek pro operaci horní končetiny vyrobený z obdobného materiálu jako karbon, a který je plně RTG transparentní.

**Dotaz č. 3**

Extenční aparát pro dolní končetiny s možností operace bérce včetně stojanu - sestava standardní, kovová. Součástí extenčních aparátů budou i adekvátní držáky DK – 1 pár plastových a 1 pár kožených bot.

Bude zadavatelem akceptováno dodání 2 párů držáků DK - bot, které jsou plastové s koženými upínacími pásky, možné velikosti S 35 – 40, M 41 – 45?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel bude akceptovat i řešení, které bude obsahovat uchycení pro všechny velikosti dle počtu uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4

Miska na tekutiny s držákem k eurolišti, výsuvná, bez odtoku - nerezová nádoba na jímání irigační tekutiny bez odtoku do odpadu s úchytem z obou stran nádoby k operačnímu stolu z důvodu potřebné stability – celkem 2 ks.

Bude zadavatelem akceptováno naše řešení s uchycením na eurolišti pouze na jedné straně, které je standardně dodáváno k našim stolům a zaručuje 100% ověřenou stabilitu? Navíc toto řešení umožňuje rychle odsunout misku vedle stolu v případě neočekávaných situací během gynekologických nebo urologických operačních zákroků.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel nemůže hodnotit a nezná pojem „naše řešení“. Zadavatel bude akceptovat i řešení, které zaručuje stabilní uchycení k operačnímu stolu z důvodu právě potřebné stability, aby nedocházelo k nechtěnému úniku z jímací misky.

Dotaz č. 5

Pro část č. 1 požaduje zadavatel v rámci Technické kvalifikace předložení významné dodávky obdobného předmětu plnění v minimálním rozsahu plnění 4 900 000,- Kč bez DPH za jednu dodávku.

Mohl by zadavatel vzhledem k výši požadovaného rozsahu, který má být plněn pouze jednou dodávkou, akceptovat předložení součtu 3 významných dodávek, přičemž tento součet bude ve výši požadovaného plnění?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel bude akceptovat i předložení významné dodávky obdobného předmětu plnění v minimálním rozsahu plnění 1 700 000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku.

**Dotaz č. 6**

V minimálních technických požadavcích zadavatel požaduje: „základna systému s výsuvnými kolečky pro přesun“.

Může uchazeč nabídnout variantu základny bez koleček? Základnu je možno přesouvat za pomoci transportního vozíku. Díky této možnosti může být výška systémové základny zcela minimální.

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel připouští i variantu přesouvat základnu za pomoci transportního vozíku.

Dotaz č. 7

V požadovaném základním příslušenství ke všem operačním stolům jsou požadovány:
- Plně polohovatelné stranově i výškově kloubově nastavitelné podložky paže pro infuzi (8 ks); zároveň jsou požadovány podložky ruky infuzní základní, včetně upínacího pásu (8 ks). Požaduje zadavatel 16 podložek paže na infuzi, nebo se jedná o dva rozdílné typy podložek paží, každá po 8 ks?

Odpověď na dotaz č. 7

Požadavek je vázán na 8 pracovních desek a tedy ke každé jsou 2x opěrky rukou. Jedna stavitelná ve všech osách stranově i výškově plus kloub, jedna pevná ke každé desce, celkem tedy 8ks + 8ks.

Dotaz č. 8

Zadavatel ve svém návrhu Kupní smlouvy v bodu 1. článku VI. týkajícího se sankčního ujednání uvádí, že „Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.“

Naproti tomu v bodu 2 článku VI. sankčního ujednání uvádí, že „Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.“

Předpokládáme, že Kupní smlouva by měla být pro obě strany vyrovnaná. Bude zadavatel akceptovat shodnou procentní výši smluvních pokut?

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel trvá na podmínkách vymezených v obligatorním návrhu smlouvy, jak ve vztahu k úroku z prodlení při prodlení úhrady daňového dokladu, tak ve vztahu ke smluvní pokutě při prodlení s předáním.



Závěr:

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 04 - 10 - 2021


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
06  **Generální ředitel**
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627