



Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly IV. - část 2: Operační stůl pro Nemocnici Děčín, o.z.
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	2677/2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Nastavitelná výška stolu v rozsahu 630 – 1050mm.

Bude zadavatel akceptovat nastavení výšky stolu v rozsahu 652 – 1177 mm, což rozsah zdvihu 525 mm, tedy podstatně více než při požadovaných parametrech 630 – 1050 mm což je rozsah 420 mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení, tj. dodání operačního stolu s nastavitelnou výškou 652mm – 1177mm.

Dotaz č. 2

Požadovány boční zarážky pro polohování pacienta s trojkloubovým mechanismem včetně opěrky (polsteru).

Bude zadavatel akceptovat jiné řešení boční zarážky pro polohování pacienta, které umožňuje vypolohování pacienta v jakékoliv pozici ve třech osách a splňuje stejný požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje boční zarážky v takovém provedení, aby umožňovaly polohování pacienta a byly stavitelné ve třech osách. Zadavatel netrvá pouze na kloubovém řešení.

Dotaz č. 3

Přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu - celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm); karbonový.



Bude zadavatel akceptovat stolek o požadovaných rozměrech, který je vyroben z obdobného materiálu jako karbon s obdobnými vlastnostmi na OS běžně používán a je plně RTG transparentní?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje i nabízený přídavný stolek pro operaci horní končetiny vyrobený z obdobného materiálu jako karbon, a který je plně RTG transparentní.

Dotaz č. 4

V minimálních technických požadavcích zadavatel požaduje: „základna systému s výsuvnými kolečky pro přesun“.

Může uchazeč nabídnout variantu základny bez koleček? Základnu je možno přesouvat za pomoci transportního vozíku. Díky této možnosti může být výška systémové základny zcela minimální.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel připouští i variantu přesouvat základnu za pomoci transportního vozíku.

Dotaz č. 5

Zadavatel ve svém návrhu Kupní smlouvy v bodu 1. článku VI. týkajícího se sankčního ujednání uvádí, že „Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.“

Naproti tomu v bodu 2 článku VI. sankčního ujednání uvádí, že „Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.“

Předpokládáme, že Kupní smlouva by měla být pro obě strany vyrovnaná. Bude zadavatel akceptovat shodnou procentní výši smluvních pokut?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel trvá na podmínkách vymezených v obligatorním návrhu smlouvy, jak ve vztahu k úroku z prodlení při prodlení úhrady daňového dokladu, tak ve vztahu ke smluvní pokutě při prodlení s předáním.




Závěr:

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

30. 09. 2021


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel