

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.-2“

Dotaz č. 1 – Extrakorporální litotryptor – 2 ks:

V rámci této položky zadavatel uvedl v části pro Ultrazvukový přístroj, parametry sond požadavek na rektální sondu pro biopsii prostaty s frekvenčním rozsahem minimálně 3-8 Mhz, malý poměr zakřivení max. 10 mm. Uchazeč má za to, že pro vyšetření prostaty je zlatým standardem transrektální sonda se dvěma rovinami řezu o min. 10 Mhz, lépe 12 Mhz.

Bude zadavatel akceptovat navrženou transrektální sondu, která je vhodnější pro vyšetření prostaty než navržená rektální s frekvencí, která je vhodná spíše pro transvaginální aplikace?

Odpověď č 1:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.


V souvislosti s odpovědí na žádost o dodatečnou informaci zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 1 – Extrakorporální litotryptor do **16.7.2015 v 10:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **16.7.2015 v 10:30 hod.**

V Ústí nad Labem dne:

29-05-2015

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

