

Poskytnutí dodatečných informací č. 10

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

dotaz č. 1

Část 9 – Přístroj pro ozařování transfuzních přípravků

Předmět dodatečné informace:

Část dokumentace:

Technická specifikace.

Požadavek zadavatele:

Technické požadavky:

Dodávané zařízení – (asociované pracovní stanice a servery) resp. MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci.....

.....Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title).

Znění dotazu č. 1:

Platí tyto požadavky skutečně i pro Ozařovač krve?

odpověď na dotaz č. 1

Požadavek zadavatele na splnění technických požadavků uvedených v dotaze uchazeče platí pouze v případě, že součástí dodávky ozařovače transfuzních přípravků bude jako příslušenství pracovní stanice (PC), případně jiná stanice na zpracování dat z ozařovače. Zároveň ale platí požadavek uvedený v odstavci Minimální technické požadavky – „ozařovač musí být připojitelný na informační systém transfuzního oddělení KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.“

dotaz č. 2

Předmět dodatečné informace:

Část dokumentace:

Technická specifikace.

Požadavek zadavatele:

Požadavek na úpravu pracoviště:

Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení....

Znění dotazu č. 2:

Může zadavatel poskytnout podklady potřebné pro provedení statického posouzení nosnosti podlah v místnosti, kde má být ozařovač instalován, event. přístupových tras?

odpověď dotaz č. 2

Zadavatel v příloze této odpovědi poskytuje data ze statického výpočtu. Přístupová trasa je zajištěna nákladním výtahem a dveřmi o průchodu minimálně 800 mm.

V Ústí nad Labem dne: 01-06-2015

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3916/LA
401 13 Ústí nad Labem
iČ: 25488627
DIČ: CZ4888627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

21