



Název veřejné zakázky: **Dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství a antidekubitních matrací pro Krajskou zdravotní, a. s. 2021-část 1 – Elektrická nemocniční lůžka standard s matrací a příslušenstvím**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2654/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Parametr:

• Kompaktní plastové dělené svisle sklopné tříčtvrteční postranice s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 10 cm, nepřipouští se překlopení postranic, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch postranic nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci.

Může uchazeč zadavateli nabídnout kompaktní plastové dělené svisle sklopné postranice po celé délce lůžka?

Zadavatel tak docílí jednoznačně větší bezpečnosti pro pacienty, kteří tak nebudou moci samovolně opustit lůžko a vyhnou se tak možnému pádu, zaklínění či poranění při samovolném opuštění lůžka při 3/4 plastových postranicích. Pokud bude chtít pacient lůžko samovolně opustit, postačí ošetřujícímu persálu sklopit nožní část postranice. Tím pádem vznikne pacientovi dostatečně volný a hlavně bezpečný prostor pro samovolné opuštění lůžka.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 2:

- Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů
- Lehce omyvatelné ložní díly lůžka
- Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost – povrch plastových dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s ložnou plochou z pevných neodnímatelných kových lamel?

Domníváme se, že se jedná o rovnocenné či lepší řešení ložné plochy. Zadavatel tak bude mít velice dobře čistitelnou a odolnou ložnou plochu.

Ložnou plochu, která bude daleko pevnější a stálější. Zadavatel tak docílí delší životnosti ložné plochy a především lepšího komfortu pro pacienty.

Odpověď na dotaz č. 2:



Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 3:

Zdravotnická matrace pasivní:

Může uchazeč nabídnout zadavateli pasivní antidekubitní matraci s těmito parametry?

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)
V případě častějšího polohování pacientů může být matrace použita až do IV. stupně dekubitů
Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 40 kg/m³
Střední vrstva matrace vyrobena ze studené pěny o hustotě 35 kg/m³
Po celém povrchu jádra viscoelastická pěna 50 kg/m³ v tl. 3 cm
Zpevněné okraje tužší pěnou
Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón
Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách
Nosnost 200 kg
Rozměr matrace dle lůžka
Výška matrace 14 cm
Potah SAFR
Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí (CRIB 5), pratelný do teploty 95° C
Potah se zipem do L s ochranou proti zatečení.

Dodavatel u výše uvedených bodů (dotazů) nabízí řešení, které nesplňuje závaznou charakteristiku a požadavek, avšak dodavatelem nabízené technické řešení splňuje danou závaznou charakteristiku a požadavek prostřednictvím rovnocenného řešení, které je přiměřené co do předmětu veřejné zakázky a je prostřednictvím tohoto jiného řešení naplněn předmět veřejné zakázky. Uvedené řešení rovněž co do bezpečnosti a účinnosti shodně naplňuje předmět veřejné zakázky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: **21-10-2021**

01  **Krajská zdravotní, a.s.**
oddělení veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Hana Panznerová
vedoucí oddělení veřejných zakázek