

Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – pořízení lineárního urychlovače a PET/CT“

Dotaz:

Požadavek zadavatele:

Zadavatel v technické specifikaci části 2 – PET/CT požaduje materiál detektoru PET založený na bázi lutecia, případně yttria (LSO, LYSO). Systém založený na detektoru z materiálu (BGO) má lepší a vyšší vnitřní citlivost oproti detektorům LSO/LYSO.

Znění dotazu:


Umožní zadavatel nabídnout systém PET s detektorem na jiné bázi než LSO/LYSO?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci dle zadávací dokumentace.

V souladu s § 40 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek **části 2** na 15.07.2015 v 10:00 hod. Otevírání obálek dne 15.07.2015 v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: 3.6.2015

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel