

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 35

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 28.05.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 3 – Skiografický přístroj s přímou digitalizací.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1

Pasáž v ZD: Příloha č.3 ZD, TS pro část č.3, str.3 - „Min. technické požadavky ... Detektor“

Nejasnost se týká parametru: Kvalita digitálních detektorů

Zadavatel požaduje v technické specifikaci takový skiografický přístroj, který „musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků ... poskytovat skiografické snímky vysoké kvality v digitální podobě“. Digitální detektor je klíčovým prvkem systému, který do značné míry určuje kvalitu snímků. Nicméně Zadavatel požadovanou kvalitu detektorů nikterak nespecifikuje. Rozumíme tomu tedy tak, že lze prakticky nabídnout libovolný detektor s nepřímou konverzí obrazu. Např. detektory se scintilační vrstvou Gadolinium oxysulfide (GADOX), jejichž hodnota DQE se obvykle pohybuje pod 40% @ 0 lp/mm.

Mohl by se Zadavatel laskavě vyjádřit, zda tomu rozumíme správně?

Odpověď č.1:

Zadavatel specifikuje kromě již uvedeného maxim. rozlišení detektor také takto:

- požadovaný materiál scintilační vrstvy flat panelu CsI nebo a-Se Detekční kvantová účinnost (DQE) min. 60%

Dotaz č. 2

Pasáž v ZD: Příloha č.3 ZD, TS pro část č.3, str.3 - „Min. technické požadavky ... Vyšetřovací stůl“

Nejasnost se týká parametru: Nosnost stolu

Zadavatel požaduje v technické specifikaci takový skiografický přístroj, jehož vyšetřovací stůl má maximální nosnost min. 200 kg. Výrobci ale uvádí tento parametr pro různé podmínky – obvykle tyto:

- pro dynamické zatížení mimo střed tzn. při elevaci a v zatížení libovolné části desky stolu
- pro dynamické zatížení ve středu desky stolu
- pro statické zatížení ve středu desky stolu tzn. bez elevace či vysunutí desky

Max. hodnota nosnosti uváděná výrobcem pro stejný vyšetřovací stůl tak může být velmi rozdílná – dokonce až násobně jiná.


Mohl by Zadavatel laskavě upřesnit, pro jaký typ zatížení platí jeho výše uvedený požadavek?

Odpověď č.2:

Maximální nosností stolu se myslí maximální váha pacienta horizontálně uloženého ve středu stolu.

S ohledem na povahu dodatečných informací ve vztahu k zadávacím podmínkám, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části VZ č. 3 - Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

Ústí nad Labem, dne 3.6.2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Václav Štyvar