

Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s. - 2 “

Pro část 1 – Extrakorporální litotryptor – 2 ks

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, specifikace přístrojů zadavatel uvádí:

Pro RTG C – rameno

- V popisu softwarového vybavení požaduje zadavatel **zaměřovací kříž**

Pro Ultrazvukový přístroj

- V popisu požadovaného zobrazení požaduje zadavatel **zaměřovací kříž pro zjištění místa aplikace rázové vlny**

Je těmito požadavky zadavatelem myšlena podmínka **současného (simultánního) sledování místa aplikace rázové vlny oběma zobrazovacími přístroji (duálního) tj. RTG a ultrazvukem** během terapie, bez nutnosti změny nastavení poloh obou přístrojů. Tj. bez nutnosti zásahu obsluhy u přístroje?

Dotaz č. 2:

Pacientský stůl:

V minimálních požadavcích je uveden elektromotorický nebo elektrohydraulický pohon v osách x, y a z s možností polohování pacienta do ohniska rázové vlny dle zaměřovacích křížů ultrazvuku a RTG?

Dotaz č. 3:

Generátor rázů:

Zadavatel požaduje, aby hlavička byla motoricky polohovatelná. Rozumí uchazeč tomuto požadavku správně, že zadavatel požaduje takový rozsah polohovatelnosti, aby pacient ležící na zádech mohl být ošetřen jak svrchu tak i zespodu? Tedy pod i nad rovinou desky zákrovového stolu?

Dotaz č. 4:

Generátor rázů:

Zadavatel neuvedl možnosti nastavení a frekvenci počtu rázů za minutu. Výrobci běžně užívají rozsah 0 240 rázů za minutu. Odpovídá to požadavku zadavatele?

Dotaz č. 5:

Ovládací konzole:

- *Ovládací konzole pro ovládání od stolu*
 - *1x LCD monitor pro zobrazení snímků z RTG či UZ přístroje*
 - *Systém (např. 1x LCD dotykový monitor) pro nastavení všech parametrů litotryptoru a polohování pacienta*
- *Mobilní ovládací konzole pro nastavení parametrů litotryptoru a polohování pacienta*

a/ Na základě prohlídky pracoviště naším pracovníkem na urologickém oddělení v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem dne 21.5.2015 není pro ovládání požadována uživatelem druhá ovládací konzole z ovladovny, protože lékař je po celou dobu u pacienta a ovladovna není k dispozici. Je tento požadavek na **jednu mobilní ovládací konzoli** akceptovaný zadavatelem?

b/ Na základě prohlídky pracoviště naším pracovníkem na urologickém oddělení v Nemocnici Most dne 22.5.2015 vyplynul požadavek zachování možnosti obsluhovat přístroj jak z ovladovny pomocí běžných monitorů, tak i z mobilní konzole u patientského stolu. Trvá zadavatel na tomto řešení **dvěma ovládacími konzolemi**?

Odpověď:

Rozsah a odbornost žádosti o poskytnutí dodatečných informací si vyžaduje podrobné zpracování odpovědi na žádost.

Z tohoto důvodu bude odpověď na žádost o dodatečné informace uveřejněna po výše uvedeném posouzení. V souladu s § 40 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., bude následně upraven termín pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

04 -06- 2015