

Poskytnutí dodatečných informací č. 11

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

Zadavatel v ZD - technická specifikace č. 3 Skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizací – 4 ks uvádí:

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu.

- DOTAZ č. 1: Dodavatel nemůže garantovat zachování plné funkčnosti po opětovném zprovoznění demontovaného stávajícího přístroje, vzhledem k tomu, že nezná a nebude moci ovlivnit podmínky uskladnění a nebude se podílet na případném znovuzprovoznění. Trvá zadavatel na tomto požadavku v plném rozsahu?

odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na podmínce odborné demontáže. V případě, že škoda na stávajícím přístroji bude v příčinné souvislosti s uskladněním, případně neodbornou montáží (znovuzprovozněním) nejedná se o realizaci předmětu plnění uchazečem. Riziko související s těmito následnými operacemi jde k tíži zadavatele. Dodavatel odpovídá za odbornou úroveň demontáže, tzn. případná nefunkčnost nesmí být zapříčiněna při demontáži.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvicích komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- DOTAZ č. 2: Poskytne zadavatel odpovídající výkresovou dokumentaci prostor určených pro instalaci výše uvedených zařízení ve formátu dwg, nebo alespoň v papírové formě se zřetelnými číselnými a popisnými údaji tak, aby bylo možno provést zpracování požadované výkresové dokumentace a kvalifikovaný odhad nákladů na tyto úpravy?

odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nedisponuje jinou výkresovou dokumentací míst plnění, než která byla součástí ZD.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení
- DOTAZ č. 3 – Znamená tento požadavek, že pokud například v jednom z míst instalací není zbudovaná ovladovna, bude muset tuto úpravu hradit dodavatel?

odpověď na dotaz č. 3


Náklady na stavební připravenost pro ovladovnu hradí zadavatel.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu
- DOTAZ č. 4 - Chápeme správně že předkládaný technický projekt se týká pouze základních úprav pro instalaci a zprovoznění stroje a není nutno zde zahrnovat např. výmalbu, nebo pokládku nové podlahové krytiny?

odpověď na dotaz č. 4

Uchazeč chápe správně, že požadavek zadavatele je pouze na úpravu pracoviště uchazečem pro potřeby instalace a zprovoznění přístroje.

V Ústí nad Labem dne: 05 -06- 2015

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel