



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Monitorovací systémy IV.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2682/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dotaz 1

Zadavatel uvádí v technické specifikaci, část Popis, str.1, odstavec 2.

„Do budoucna by monitorovací systémy měly být schopny spolu komunikovat, aby byl možný náhled na všechny pacienty ve všech třech monitorovacích systémech.“

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto požadavkem nesleduje pouze proklamaci budoucího záměru, ale že požaduje dodání systému, který obsahuje veškerý SW a HW, který v budoucnu umožní tuto funkcionalitu pouhým propojením tří sítí.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Předpoklad účastníka není správný. Zadavatel sleduje pouze proklamaci budoucího záměru.

**Dotaz č. 2:****Dotaz 2**

Zadavatel uvádí v technické specifikaci, část Popis, str.1, odstavec 2.

„Možnost budoucího připojení monitorovacího systému č.1 a č. 2 do vyhodnocovacího systému MUSE minimálně jako připojení pro přenos souborů ve formátu DICOM (v RAW datech vhodných pro proměřování EKG) nebo ve formátu PDF nebo JPEG nebo TIFF nebo XML a nebo DOC.“

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto požadavkem nesleduje pouze proklamaci budoucího záměru, ale že požaduje dodání systému, který obsahuje veškerý SW, HW, licence a dále potvrzení, že jednotlivé formáty/verze souborů jsou podporovány systémem MUSE. Tímto v budoucnu umožní požadovanou funkcionalitu zprovoznit bez dalších požadavků uchazeče na zadavatele.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 2:

Předpoklad účastníka není správný. Zadavatel sleduje pouze proklamaci budoucího záměru.

Dotaz č. 3:**Dotaz 3**

Zadavatel uvádí v technické specifikaci, část Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti, Systém č. 1 a č. 2 – Monitor životních funkcí, str.3 a také shodně pro Systém č. 3 – Monitor vitálních funkcí, str.6

„Přenositelný modul musí umět monitorovat na interní baterii po dobu minimálně 2 hodin.“

Vzhledem k tomu, že zadavatel nepožaduje přenositelný modul s obrazovkou a pacient tak nemůže být dlouhodobě sledován na tomto modulu, který nebývá koncipován pro dlouhodobé sledování, se uchazeč domnívá, že bude dostačující doba provozu přenositelného modulu 30 minut.

Bude zadavatel považovat modul s dobou provozu na baterie 30 minut za splnění požadavků zadávací dokumentace?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na požadavku: *Přenositelný modul musí umět monitorovat na interní baterii po dobu minimálně 2 hodin.*

**Dotaz č. 4:****Dotaz 4**

Zadavatel uvádí v technické specifikaci, část Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti, Systém č. 1 a č. 2 – Monitor životních funkcí, str.3 a také shodně pro Systém č. 3 – Monitor životních funkcí, str.6

„Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s NIS není součástí nabídky).“

Uchazeč předpokládá, že zadavatel tímto míní, že součástí dodávky monitorovacího systému musí být také SW a HW, který komunikuje s rozhraním HL7 na straně monitorovacího systému, avšak nepožaduje SW a HW pro interface mezi HL7 a NIS (nemocniční informační systém) na straně nemocničního informačního systému.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 4:

Předpoklad účastníka není správný. Zadavatel požaduje dodání všech komponent HW a SW, které zajistí funkcionalitu požadovanou v příloze zadávací dokumentace *Příloha č. 2_Technická specifikace_aktualizováno 06.10.2021.*

V Ústí nad Labem dne - 4 -11- 2021

01  **Krajská zdravotní, a.s.**
oddělení veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Hana Panznerová, vedoucí
Oddělení veřejných zakázek