



Název veřejné zakázky: **Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2668/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz

V rámci zadávacího řízení zadavatel vyžaduje přesné návrhy technologického řešení (ve dvou případech komplexního řešení typu analytické linky) vč. doplňkových zařízení (např. klimatizace, úpravny vody, záložní zdroje) a umístění do stávajících prostor hned šesti laboratoří, aniž by ale zároveň (byť je to standardem) poskytl jakoukoli (projektovou) dokumentaci k místům plnění - laboratořím.

Zadavatel v ZD stanovil, že umístění stávajících analyzátorů a prostorové možnosti pracoviště pro umístění nových analyzátorů bude upřesněno v rámci prohlídky místa plnění, přičemž posléze zadavatel stanovuje, že „*Součástí nabídky předloží dodavatel nákres plánovaného rozmístění analyzátorů (nových i stávajících), jejichž provoz je nutné po dobu přechodného období zachovat a ev. jiných analyzátorů v místě instalace daného odštěpného závodu KZ a.s.*“

Dovolujeme si poznamenat, že Zadavatelem požadovaný proces bez poskytnutí náležitých podkladů je značně nejistý, časově velmi náročný a jsme přesvědčeni, že zadavatelem vymezený časový rámec je pro řádné zpracování v tomto kontextu zcela nedostatečný.

Standardním postupem je poskytnutí projektové dokumentace laboratoří zadavatelem - zakreslením půdorysu, stávající technologie a nábytku s vyznačením, které položky je možno přesunout. Ideálně ve formátu dwg (AutoCAD), minimálně alespoň přesný formát pdf.

Jsme přesvědčeni, že není možné během definované krátké prohlídky místa plnění získat přesný zákres laboratoře s vyznačením veškeré stávající technologie a nábytku, ideálně s vyznačením sítí, stávajících odpadů apod.

Takovýto postup je z hlediska zákona problematický hned ze tří důvodů:

- Hrozí zde porušení zásady transparentnosti, kdy zadavatel má povinnost poskytnout zadávací dokumentaci v podrobnostech nezbytných pro sestavení nabídky a nemá právo přenášet tuto odpovědnost na dodavatele.
- Takový postup nutně povede ke zvýhodnění potenciálního účastníka, který již z minulosti má s pracovišti zkušenosti (typicky stávající/bývalý dodavatel), který by plány měl nebo měl možnost si je dříve připravit. To je samozřejmě situace v rozporu se zákonem – zásadou rovného přístupu.
- Takový postup pak dále může vést k situaci, kdy budou na základě různých (více či méně přesných) zachycení prostorové situace v laboratořích, podány tzv. neporovnatelné nabídky, což je opět stav, který zákon zapovídá a spojuje jej s nutností zadávací řízení zrušit.

Domníváme se proto, že setrvání na stávajícím postupu by značně ohrozilo zákonnost, řádný průběh i realizaci dané veřejné zakázky.

**Dotaz:**

Neupraví zadavatel z důvodů šetření zásad transparentnosti a rovného přístupu svůj postup tak, že poskytne všem potenciálním účastníkům projektovou dokumentaci stávajících laboratoří se současným posunutím termínů prohlídek tak, aby termíny byly alespoň 14 dní od dodání projektové dokumentace, tak aby umožnil tvorbu požadovaných technologických návrhů a následné ověření rozměrů a faktů při prohlídce laboratoře?

Odpověď na dotaz

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem v příloze tohoto vysvětlení poskytne dokumenty požadované dodavatelem. Zadavatel si je vědom kvality těchto dokumentů, ale vzhledem ke stáří budov, převodu vlastnictví atd. nemá jiné materiály, než jsou k dispozici v příloze tohoto dokumentu.


Zadavatel poskytne prohlídky místa plnění, aby byly zachovány zásady §6 ZZVZ, zejména pak zásada zachování transparentnosti a rovného zacházení.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že termíny prohlídek místa plnění zůstávají tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Půdorysy laboratoří

V Ústí nad Labem dne: 10 - 11 - 2021



.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627