

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Medtronic Czechia, s.r.o.

se sídlem: Řevnická 170/4, Praha 5, 155 21

IČ: 64583562

DIČ: CZ64583562

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41171

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 81880264/2700

jednatel / zastoupená: Mgr. Adriana Stará, MBA, jednatelka

Kontaktní osoba : MUDr. Petra Rumlerová

(dále jen „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, ředitelem společnosti

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Helena Luzumová, tel: 477 117 956, e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu

Kontakt ve věcech technických: Ing. Radek Brož, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail: radek.broz@kzcr.eu

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku vyhlášenou dne 30. 6. 2014 na dodávku vybavení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a. s.“, zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL“, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07649, který je podpořen z Integrovaného operačního programu v rámci 8. Výzvy oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit nabýt vlastnické právo k němu a to k - **1 ks Peroperační navigace** (dále jen přístroj nebo zboží) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
2. Dále je předmětem smlouvy montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, vypracování projektové dokumentace, (pokud je kupujícím vyžadována), instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností, včetně opakovaných proškolení tohoto personálu v průběhu životnosti zboží a dále záruční servis dle níže uvedených podmínek.
3. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží.) a příloze č. 2 (rozpis cenové nabídky) této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží, nové, nerepasované a nepoužité.
5. Předmětem smlouvy je dále předání zboží ve znění dle článku III. odst. 2 této kupní smlouvy, likvidace obalového materiálu, zajištění stavební připravenosti (pokud je kupujícím vyžadována), zajištění ekologické likvidace stávajícího vybavení (pokud je kupujícím vyžadována) včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy a poskytnutí záručního servisu.

II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 4 423 080,00 Kč bez 21 % DPH, tj. **5 351 926,80 Kč** včetně 21 % DPH.
2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
3. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak:
 - IČ
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - soupis příloh,
 - název projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL“,
 - registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/08.07649,
 - text: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro Váš rozvoj.
4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
5. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

6. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu a provedení veškerých úkonů uvedených v článku III. odst. 2. této kupní smlouvy.
7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
9. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího odevzdáním/dodáním zboží.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 6 týdnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. O termínu dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je Ing. Tomáš Chvastek, tel.: 724 740 063, email: tomas.chvastek@medtronic.com. Pověřeným zástupcem kupujícího je pracovník oddělení obslužných klinických činností:
 - 1) Ing. Martin Peterka, tel.: 733 594 620, email: martin.peterka@kzcr.eu
 - 2) Bc. Pavel Keller, tel.: 731 132 755, email: pavel.keller@kzcr.eu
 nebo v zastoupení pracovník oddělení obslužných klinických činností příslušného o.z.
2. Za předání zboží se považuje:
 - a. jeho dodání na adresu Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, - montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy,
 - b. instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o provedené instruktáži,
 - c. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží,
 - d. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb.,
 - e. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
3. Zvláštní požadavky:
 - a. Kupující požaduje instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrovizí atd), ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.
 - b. Kupující požaduje zaškolení zaměstnanců kupujícího pro plné uživatelské užívání zboží a pro provádění instruktáží dalších pracovníků kupujícího.
 - c. Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k

použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- d. Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:
- i. Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.
 - ii. Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.
 - iii. Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systém bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.
 - iv. Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:
 1. ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)
 2. ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET
 3. ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25
 4. ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40
 5. ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15
 - v. LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.
 - vi. Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server).
 - vii. Proávající si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a oddělení obslužných klinických činností (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:
 1. Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)
 2. Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)
 3. Proávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS
 - viii. Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

4. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
5. Protokol o převzetí zboží a o zprovoznění přístroje musí být podepsán pracovníkem oddělení obslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.
6. Nepředá-li-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

IV.

Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním/dodáním kupujícímu.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v top kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.), dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství a spotřební materiál, které jsou nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží a na spotřební materiál.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: tel.: 233059111 e-mail: zakaznický.servis@medtronic.com
7. Lhůta pro odstranění závad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění závad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) závad prodávajícímu.
8. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do 3 kalendářních dnů od nahlášení závady kupujícím, poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do 24 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
9. V případě, že nebylo možné opravit zboží na místě ve lhůtě uvedené v článku V. odst. 7 a náhradní zboží nebylo poskytnuto ve lhůtě uvedené v článku V. odst.8, je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý kalendářní den až do doby předání náhradního zboží nebo opravy zboží. Denní (za každý kalendářní den) smluvní pokuta vychází z provedených výkonů na reklamovaném přístroji za poslední kalendářní měsíc, kdy byl v plném provozu a je stanovena následovně:
Denní smluvní pokuta za nedodání náhradního zboží nebo opravy zboží. = průměrný počet bodů za pracovní den pracovištěm nerealizovaných v důsledku nedodání náhradního zboží (minimálně však 50.000 bodů) x maximální finanční úhrada zdravotní pojišťovny za jeden bod.
10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit či nebude možné dodržet lhůtu pro poskytnutí náhradního zboží, může být kupujícím

písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje kupující.

11. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.
12. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
 - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.
13. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.
14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik oddělení obslužných klinických činností, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky oddělení obslužných klinických činností.
15. Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávajícího protokolu.

VI.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VII.

Zvláštní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.
2. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
3. Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
4. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.
5. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 (deset) let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 (tři) let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, přičemž se tato lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba týkajícího se projektu.

6. Prodávající se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem Integrovaného operačního programu a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky.
7. Prodávající je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
8. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu a poskytovateli dotace veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem uzavřené smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem uzavřené smlouvy, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem uzavřené smlouvy, účastnit se na výzvu kupujícího a poskytovatele dotace případných jednání a řízení.

VIII.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
2. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro poštu doporučena písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti provozovatelem poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
4. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícím.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
8. Příloha č. 1 až č. 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží
- 2) Rozpis cenové nabídky
- 3) Předávací protokol zdravotnického prostředku

V Praze

dne - 5 -05- 2015

Medtronic Czechia, s.r.o.



Mgr. Adriana Stará, MBA
jednatelka společnosti

Ústí nad Labem

V.....

dne 27 -05- 2015

Krajská zdravotní, a.s.



Ing. Petr Fiáb

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální práce 3316/12A
AO 113 Ústí nad Labem
IČ: 25438637
DIČ: CZ 25438637


Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technický list pro část č. 22 veřené zakázky – Peroperační navigace	
Název přístroje: StealthStation S7	
Požadovaný technický parametr	Nabízená hodnota
Mobilní pracovní stanice, kompatibilní s vybraným mobilním skiaskopickým ramenem pro neurovaskulární aplikace	Systém StealthStation® S7™ je mobilní - má dva oddělené, ale doplňující se vozíky. Vozík chirurga a vozík personálu. Vozíky je možné spojit dohromady v jeden celek nebo je možné je oddělit pro polohovou flexibilitu a pohodlí při operaci. SW Synergy Spine umožňuje komunikaci s mobilními skiaskopickými rameny pro neurovaskulární aplikace napříč značkami včetně tzv. Oarm. Umožňuje sledování polohy gantry kamerou navigačního systému, automatickou registraci anatomie pacienta a přijímání snímků vytvořených skiaskopem přímým spojením datovou linkou bez nutnosti využití PACS. Dál umožňuje provádět navigované operace v oblasti celé páteře C1 až S5.
Aplikace a nástroje pro hlavové a páteřní navigované výkony	Pro hlavové výkony se používá SW Synergy Cranial, s aplikacemi Stealth Merge pro spojení snímků různých modalit a Stealth 3D pro vytvoření 3D modelů Instrumenty pro navigování v oblasti hlavy jsou v sadě 9735028 Cranial instrument set. Pro páteřní výkony se používá SW Synergy Spine and Trauma. Instrumenty pro oblast páteře a pánve jsou v sadách 9734495, 9734833, 9734631, 9734644. Obsahují radiolucenční spinální svorky pro uchycení reference pacienta pro otevřené i minimálně invazivní operace, navigované dotykové sondy, předvrtávače a šroubováky
Rozhraní pro systém mikroskopu kompatibilní i se stávajícím Zeiss Pentero	SW SynergyCranial umožňuje navigovat mikroskop, HW nutný pro připojení mikroskopu Zeiss Pentero je obsažen v položce 9733852 Zeiss Pentero HUD Interface Kit. Umožňuje snímání polohy hlavy mikroskopu kamerou navigačního systému pomocí ukazatele polohy umístěného pevně k hlavě mikroskopu, promítnutí mikroskopem zaostřeného bodu

	do navigačního obrazu jako „hrot nástroje“, zobrazení kontur 3D objektu v okulárech mikroskopu, zobrazení chirurgických plánů objektu v okulárech mikroskopu, přepínání obrazu navigace a mikroskopu v okuláru, zobrazení videosignálu mikroskopu na obrazovce navigace.
Požadujeme pro uvažované budoucí rozšíření systému garanci schopnosti komunikace navigace s ultrazvukem	Peroperační navigaci StealthStation S7 lze propojit s vybranými ultrazvukovými systémy značky Aloka a Sonosite. K propojení přístrojů a správné funkce je nutné zakoupit příslušnou instalační sadu. Seznam pracovišť na území ČR, využívajících tuto funkci: • FN Plzeň, Neurochirurgická klinika • FN Ostrava, Neurochirurgická klinika.
Možnost archivace na USB, PACS	Peroperační navigace vytváří snímky obrazovky a ty je možné uložit na USB, CD nebo do PACS.
Komunikační nástroje DICOM Store, Query, Retrieve	Po připojení přístroje k nemocničnímu PACS je přístroj připraven přijímat snímky pomocí funkce DICOM Store. SW Synergy Cranial obsahuje SW Dicom Query/Retrieve, který navíc umožňuje přímý přístup do PACS pro vyhledání pacienta a jeho vyšetření.

Naváděcí léčebný systém StealthSatation® S7™

Systém StealthSatation® S7™ je hardwarová platforma, která umožňuje chirurgickou navigaci v reálném čase pomocí rentgenových obrazů pacienta. Aplikační software přeformátuje pacientovy CT nebo MR obrazy pořízené před operací a nebo skiaskopické obrazy zachycené během operace, a zobrazuje je na obrazovce v různých pohledech (axiální, sagitální, koronární, šikmý). Před operací si může pak chirurg vytvořit, uložit a simulovat postup v jedné nebo více operačních trajektoriích. Jako pomůcku pro vizualizaci může chirurg také vytvořit a manipulovat s jedním nebo více 3D anatomickými modely. Systém během operace sleduje polohu speciálních chirurgických nástrojů uvnitř nebo mimo pacientovu anatomii a průběžně aktualizuje polohu nástroje na těchto obrazech. Pokud je to nutné, může také aplikační software ukázat vztah aktuální polohy a cesty během operace s ohledem k předoperačnímu plánu a může pomoci chirurga navádět podél plánované trajektorie. I když chirurgovo rozhodnutí zůstává jako hlavní, informace o pozici v reálném čase získané pomocí systému StealthSatation® S7™ mohou posloužit pro ověření tohoto rozhodnutí a také jako vodítko.




Obr. č. 1 StealthStation S7

Optický lokalizační systém

Optický systém určuje polohu nástroje a pacienta na operačním sále pomocí kamery pro sledování poloh optických značek, které jsou na ně fixované. Zorné pole kamery definuje optické navigační pole. V případě nástrojů jsou značky připevněny přímo na jejich těle. V případě pacienta jsou značky připevněny na referenční rám pacienta, který připevníte k podpůrnému mechanismu připevněnému na anatomickou strukturu pacienta. Existují dva typy optických značek. Některé komponenty mohou mít LED optické značky a jiné mohou mít sterilní kuličky. LED (světelné diody) generují a vysílají infračervené světlo. Sterilní kuličky odrážejí infračervené světlo, které je vysíláno kamerou. Kamera (někdy označovaná jako lokalizátor) detekuje optické značky, určuje jejich prostorovou polohu pomocí principu triangulace a průběžně odesílá tuto informaci do počítače. Systém průběžně přepočítává relativní prostorové polohy referenčního rámu pacienta a nástroje v navigačním poli, a tyto údaje vztahuje k zaznamenaným údajům pacienta tak, aby systém identifikoval polohu nástroje na operačních snímcích.

Systémová kamera využívá dvě čočky pro geometrickou triangulaci prostorových souřadnic každé optické značky na nástroji a referenčním rámu. V případě kabelových zařízení (jako je aktivní registrační sonda) snímají čočky kamery signály infračerveného světla přímo z LED diod na každém zařízení. V případě pasivních (bezdrátových) zařízení odrážejí pasivní kuličky na každém zařízení světlo, které je vyzařováno infračervenými osvětlovači na kameře zpět k čočkám kamery. Kamera spojitě systému sděluje umístění každé LED diody nebo pasivní kuličky. Kamera musí být namířena na zařízení a musí být umístěna ve správné vzdálenosti od těchto struktur, aby efektivně „viděla“ LED diody nebo pasivní kuličky.




Obr. č. 2 Kamera systému, zaměřovací laser a sestava třmenu

Příloha č. 1 – Technická specifikace


Vozíky systému

Systém StealthSatation® S7™ má dva oddělené, ale doplňující se vozíky; vozík chirurga a vozík personálu. Vozíky je možné spojit dohromady v jeden celek nebo je možné je oddělit pro polohovou flexibilitu a pohodlí při operaci. Vozík personálu obsahuje počítač, ovládací jednotku, napájecí zdroj a všechna související periferní zařízení (viz Obrázek 2-3). Vozík personálu funguje jako základna pro kameru a obsahuje zásuvku s klávesnicí, zásobní zásuvku, porty připojení vstup/výstup, panel vstup/výstup pro média a monitor. Vozík personálu obsahuje hifi stereo systém pro přehrávání hudby. Připojovací port pro vstup hudebních zařízení je umístěn na ploše vozíku. Volitelný ovladač AXIEM™ je zavěšen na zadní straně vozíku personálu. Personál operačního sálu aplikační software ovládá pomocí myši a klávesnice.



1. Kamera
2. Horní kloubové rameno
3. Dolní kloubové rameno
4. Plocha
5. Vypínač
6. Zásuvka s klávesnicí
7. Zásobní zásuvka
8. Boční vstupní/výstupní panel systému

9. Panel pro média
10. Zásuvka napájecího kabelu vozíku
11. Monitor personálu
12. Blokování koleček
13. Obal kabelu ovladače AXIEM™
14. Zásobník
15. Kabelové připojení vozíku chirurga
16. Umístění přepínače pro odpojení baterie (za zásobníkem)



1. Monitor chirurga a lýt
2. Horní kloubové rameno
3. Dolní kloubové rameno
4. Spojovací mechanismus vozíku
5. Navíjení kabelů
6. Blokování koleček

Obr. č. 4 Vozík personálu – z obou poloprofilů

Obr. č. 5 Vozík chirurga

Monitor chirurga

Monitor vozíku chirurga má plochý dotykový displej s vysokým rozlišením a vestavěnými reproduktory. Displej je viditelný až z úhlu 80° od kolmice.

Monitor personálu

Monitor personálu je umístěný na ploše vozíku personálu. Monitor je s vysokým rozlišením a plochou obrazovkou. Monitor se pro přepravu a skladování ukládá do úložné polohy.

Klávesnice a myš

Klávesnice je uložena v horní zásuvce vozíku personálu. Myš s kabelovým připojením je umístěná na ploše vozíku personálu. Používají se k ovládání systému z vozíku personálu. Plocha vozíku personálu je navržena jako pracovní plocha pro systémovou myš. Myš může být s kabelovým připojením nebo bezdrátová.


Optické nástroje

Nástroje navržené pro použití se systémem StealthSatation® S7™ mají přesnou nástrojovou geometrii a konfiguraci s LED nebo kuličkami. Specifická geometrie každého nástroje je uložena v souboru, k němuž se počítač odkazuje při stanovení, kde se hrot nástroje nachází vzhledem k diodám nástroje nebo kuličkám. Před začátkem navigace musíte sdělit počítači, který nástroj jste se rozhodli používat. Když si vyberete nástroj, který budete používat ze seznamu sond v aplikačním softwaru, systém bude očekávat ověření, že nástroj který jste zvolili není ohnutý nebo jinak poškozený. To učiníte umístěním hrotu nástroje do kovové jamky na referenčním rámu a stisknutím nožního přepínače. Kamera a počítač pak potvrdí, že nástroj, který používáte, odpovídá specifikacím pro nástroj, který jste v softwaru zvolili.

Příloha č. 1 – Technická specifikace


SW Synergy Cranial

Kraniální aplikace je počítačové software a specializované hardware, které pracují ve spojení s naváděcím léčebným systémem StealthStation® a pomáhají operátorům v provádění neurochirurgických výkonů. Aby se spustilo "navádění podle snímků" (proces označovaný Navigace), systém zachytí polohu specializovaného nástroje ve vztahu k anatomickým strukturám pacienta a identifikuje tuto polohu na diagnostických snímcích zobrazovacího vyšetření pacienta. Tyto snímky pacienta ze zobrazovacího vyšetření mohou být převedeny do systému z počítačové tomografie, magnetické resonance nebo jiné kompatibilní zobrazovací techniky. Kraniální aplikace rekonstruuje údaje snímků k zobrazení anatomických struktur pacienta z řady různých perspektiv (axiální, sagitální, koronární a šikmá projekce), a dále vytváří trojrozměrné modely. Během navigace systém identifikuje polohu koncovky nástroje a trajektorii sledovaného nástroje na všech snímcích a modelech, které uživatel zobrazil na monitoru. Při spuštění funkce plánování trajektorie může operátor vytvořit a uložit jednu nebo více chirurgických trajektorií před operací a simulovat postup při zvolení těchto trajektorií. Kraniální aplikace také dokáže během operace zobrazovat skutečnou polohu a předpokládanou dráhu (nasměrování) aktuálně používaného nástroje ve vztahu k přístupu plánovanému před operací, což pomůže operátorovi postupovat naplánovanou přístupovou drahou. Rozhodnutí operátora má nadále hlavní slovo, avšak informace o prostorovém uspořádání získané díky Kraniální aplikaci v reálném čase mohou pomoci při ověření tohoto úsudku stejně jako při navádění.



SW StealthMerge

SW StealthMerge umožňuje spojení snímků pořízených pomocí různých modalit.




Příloha č. 1 – Technická specifikace

SW Stealth3D



SW Stealth3D vytváří nové 3D modely nebo upravuje stávající. Využívá grafické nástroje:

- [Threshold] (Práh) – upravuje horní a dolní prahy
- [Brain] (Mozek) – segmentuje mozek
- [Lasso] (Laso) – na každém řezu vyšetření umožňuje myši umísťovat body cesty podél okraje oblasti, dokud není znovu dosaženo prvního bodu
- [Wand] (Kouzelná hůlka) – označí oblasti se stejnou hustotou



SW Spine & Trauma

Tento SW je využíván pro spondylochirurgické a ortopedické operace pro navigování v celé oblasti páteře. Využívá snímky pořízené CT skenerem, C-ramenem, nebo systémem O-arm. Ve spojení se systémem O-arm jsou data přenášena těsně naskenování. Registrace anatomické struktury se pak provádí automaticky. To eliminuje chyby vzniklé různou polohou pacienta při vyšetření a operaci a dále redukuje dávku záření.




Propojení navigačního systému Medtronic StealthStation S7 s mikroskopem Zeiss Pentero

9733852 Zeiss Pentero HUD Interface Kit je sada příslušenství sloužící k propojení navigačního systému StealthStation S7 s mikroskopem Zeiss Pentero.

Bracket

Hlavní částí sady je Bracket - ukazatel polohy hlavy mikroskopu.




Tato část je na okraji osazena LED diodami, které vysílají světelný signál kameře navigačního systému a tím určují přesnou polohu hlavy mikroskopu. Upevňuje se do těsné blízkosti druhého okuláru.

SW MicroCal

Další částí je SW MicroCal. Instaluje se do navigačního systému umožňuje provést kalibraci polohy hlavy mikroskopu a nastavení fokusu a zoomu. Všechna data jsou uložena do paměti navigačního systému a slouží k porovnání s aktuální polohou hlavy mikroskopu.

Kabeláž

Oba přístroje jsou propojeny integrovaným kabelem přenášejícím data o fokusu a zoomu nastaveného na mikroskopu. Dále tento kabel napájí LED diody uvnitř Bracketu. Kabel je na straně mikroskopu připojen jedním bajonetovým konektorem a na straně druhé dvěma konektory viz. obrázek.



připojení k mikroskopu Pentero



připojení k navigačním systému StealthStation S7


Příloha č. 1 – Technická specifikace

Funkce SW Synergy Cranial

StealthStation S7 obsahuje SW Synergy Cranial. Tento SW po připojení s mikroskopem a nabízí následující funkce:


Lokalizace

„Lokalizace“ znamená identifikace špičky sondy systému StealthStation® na předoperačních snímcích pacienta. Když použijete mikroskop k lokalizaci, je tato „špička“ bod, který pozorujete v průsečíku nitkového kříže okuláru v ohniskové rovině mikroskopu.



Zobrazení HUD

Rozhraní systému mikroskopu StealthStation® může snímky překrýt informacemi o navigaci (jako např. hranicemi nádoru a plány chirurgického výkonu), které procházejí jedním z okulárů mikroskopu.



HUD zobrazení kontur



HUD zobrazení obrysu

SW DICOM Query/Retrieve

Software DICOM Query/Retrieve umožňuje dotazy na DICOM skeny pacienta v nemocničním obrazovém archivačním a komunikačním systému (PACS). Pak je možné příslušný sken přenést do systému-počítačem asistované chirurgie (CAS).

Konfigurace PACS

Lze nakonfigurovat několik systémů PACS současně. Konfiguraci zajistí technik společnosti Medtronic, ale také je možné provést konfiguraci uživatelsky.

▼ PeerConfiguration

Remote PACS Configuration

PACS System:
PACS1

AE Title:
AE

Port Number:
104

Echo Configure

PACS Network 1
PACS Network 2

Remote PACS Information

PACS Name:

IP Address:

PACS AETitle:

PACS Port Number:

Remote Stealth Information

Configured AETitle:

Configured Port:

Save Cancel

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Funkce Query - dotazování

Funkce Query umožňuje najít pacienta v nadefinovaném PACS uložišti. Vyhledávání je možné provést pomocí jména pacienta, data vyšetření, identifikačního čísla a kombinací těchto parametrů.

The screenshot shows the 'Query' interface with the following components:

- Search Fields:** Patient Name, Patient ID, Date (with 'From' and 'To' dropdowns), and a 'Query' button.
- Queryed Patient Info:** A table with columns: Patient ID, Patient Name, Study ID, Accession Number, and Date of Birth. The table is currently empty.
- Events:** A table with columns: Date, Time, and Event. The table is currently empty.
- Right Panel:** 'Remote PACS Configuration' section with fields for PACS System, AE Title, Port Number, and buttons for 'Echo' and 'Configure'.

Funkce Retrieve - načítání

Funkce Retrieve načte vyšetření vybraného pacienta do navigačního systému.

The screenshot shows the 'Retrieve' interface with the following components:


- Search Fields:** Same as the Query interface.
- Queryed Patient Info:** A table with search results. The first row is highlighted.
- Events:** A table showing detailed event information for the selected patient.
- Right Panel:** 'Remote PACS Configuration' section with additional fields like 'Implementation', 'Version Name', 'Merge/Concat', 'Association Number', 'Max PDU Length', and 'Echo Success'.

Patient ID	Patient Name	Study ID	Accession Number	Date of Birth
PATIENT1	0000002 5801	01.08.2001	18	01.01.1971
PATIENT2	0000009 2011	08.21.2007	F	09.28.1918
PATIENT3	0000010 200705215	08.21.2007	F	05.18.1954
PATIENT4	0000013 12985	11.12.2007	F	11.11.1964
PATIENT5	0000014 11010	11.12.2007	F	10.21.1976
PATIENT6	0000015 5665	11.12.2007	M	01.21.1952
PATIENT7	0000016 115174010	11.12.2007	M	02.22.1984
PATIENT8	0000017 115174010	11.12.2007	F	08.10.1943
PATIENT9	0000019 12521	11.12.2007	F	02.12.1965

Date	Time	Event
08.21.2007	10:40:41	MR
08.21.2007	10:42:26	MR
08.21.2007	10:43:37	MR
08.21.2007	10:42:26	MR
08.21.2007	10:40:41	MR
08.21.2007	10:48:30	MR
08.21.2007	10:42:26	MR
08.21.2007	10:40:41	MR

Náhled

Načtené snímky se dají prohlížet, upravovat jejich jas a kontrakt, zkontrolovat správnost nastavení skeneru.



Příloha č. 2 – Rozpis cenové nabídky

Cena za celou část 22 veřené zakázky:

část	název položky	název nabízeného zboží	počet ks	nabídková cena bez DPH / 1 ks	Nabídková cena celkem bez DPH	výše DPH 21%	Nabídková cena celkem vč. DPH
22	Peroperační navigace	StealthStation S7	1	4 423 080,00 Kč	4 423 080,00 Kč	928 846,80 Kč	5 351 926,80 Kč

Položkové členění:

StealthStation® S7® - naváděcí léčebný systém							
katalogové číslo	název a popis	počet kusů	Nabídková cena bez DPH / 1 ks	Nabídková cena celkem bez DPH	výše DPH 21%	Nabídková cena celkem vč. DPH	
HW							
9733858	StealthStation® S7® Staff Cart (220-240V @ 50-60 Hz)	1	1 471 493,86 Kč	1 471 493,86 Kč	309 013,71 Kč	1 780 507,57 Kč	
	vozik personálu - HW platforma systému StealthStation S7						
9734685	StealthStation® S7® Surgeon Monitor Cart with Touchscreen	1	367 873,46 Kč	367 873,46 Kč	77 253,43 Kč	445 126,89 Kč	
	vozik chirurga obsahující barevný dotykový display s vysokým rozlišením						
9733852	Zeiss Pentero HUD Interface Kit	1	306 561,22 Kč	306 561,22 Kč	64 377,86 Kč	370 939,08 Kč	
	sada příslušenství pro připojení k mikroskopu Zeiss Pentero						
SW							
9733937	Synergy® Cranial Software Planning & Navigation Module	1	441 448,16 Kč	441 448,16 Kč	92 704,11 Kč	534 152,27 Kč	
	SW umožňující navigování v kranální oblasti, a to opticky i elektromagneticky						
9734011	StealthMerge™ Multi Modality Image Correlation Software for Synergy Cranial	1	220 724,08 Kč	220 724,08 Kč	46 352,06 Kč	267 076,14 Kč	
	SW rozšíření pro kombinaci snímků různých modalit CT, MRI						
9734046	Stealth3D™ Software for Synergy Cranial - S7® ONLY	1	220 724,08 Kč	220 724,08 Kč	46 352,06 Kč	267 076,14 Kč	
	SW rozšíření pro vytváření 3D modelů anatomických struktur						
9733990	Synergy® Experience Spine and Trauma Software for StealthStation® S7®	1	697 950,56 Kč	697 950,56 Kč	146 569,62 Kč	844 520,17 Kč	
	SW umožňující navigování v oblasti páteře a pánve						
Instrumentarium							
9735028	Cranial EU Only Instrument Set	1	183 936,73 Kč	183 936,73 Kč	38 626,71 Kč	222 563,45 Kč	
	sada instrumentů pro navigované kranální operace						
9734495	StealthStation® Referencing Set	1	134 221,26 Kč	134 221,26 Kč	28 186,46 Kč	162 407,73 Kč	
	sada referenčních rámečků a svorek						
9734833	NavLock™ II Navigation Instrument Set	1	223 702,10 Kč	223 702,10 Kč	46 977,44 Kč	270 679,54 Kč	
	sada kombinovaných nástrojů						
9734631	StealthStation® CD Horizon® Legacy™ Taps and Drivers Set	1	107 377,01 Kč	107 377,01 Kč	22 549,17 Kč	129 926,18 Kč	
	sada pro šrouby typu Legacy						
9734644	CD Horizon® Legacy™ 5.5 Nav Screwdriver Kit	1	32 034,42 Kč	32 034,42 Kč	6 727,23 Kč	38 761,65 Kč	
	šroubovák pro Legacy						
Jednorázové příslušenství							
8801075	StealthStation® Spheres, 5-Pack/ 12 packs per box (60 pcs)	1	15 033,06 Kč	15 033,06 Kč	3 156,94 Kč	18 190,00 Kč	
	navigační kuličky - balení po 60ti kusech						
Celkem							
			4 423 080,00 Kč	4 423 080,00 Kč	928 846,80 Kč	5 351 926,80 Kč	

Příloha č. 3:
Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel: Medtronic Czechia, s.r.o. IČ: 64583562 DIČ: CZ64583562 Adresa: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice tel: + 420 0606 651 636 email: petra.rumlerova@medtronic.com	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno
v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet

Klasifikační třída ZP (třída rizika): IIb

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je
garantován po dobu 36 měsíců

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je
garantován po dobu 60 měsíců, firmou Medtronic Czechia s.r.o

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: