

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a. s. – 2“ Část 1 - Transkraniální ultrazvuky typ B, C

Veřejná zakázka byla zadána v opakovaném zadávacím řízení.
Identifikačního číslo předchozího zrušeného zadávacího řízení: 487872.

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu zákona: jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ
Sídlo zadavatele: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání transkraniálního ultrazvuku typ B – 1 ks pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a dodání transkraniálních ultrazvuků typ C – 3 ks pro nemocnice Děčín, Chomutov a Teplice včetně odpovídajícího příslušenství, a to montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy.

Sjednaná cena ve smlouvě: 4 472 160,00 Kč včetně DPH

Druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení dle § 27 ZVZ

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

IMEDEX s.r.o, Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27510204

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nabídka vítězného uchazeče splnila požadavky dle zadávací dokumentace a byla vybrána na základě hodnotícího kritéria v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.

Identifikační údaje uchazečů s uvedením nabídkových cen:

IMEDEX s.r.o., Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27510204

Nabídková cena vč. DPH: 4 472 160,00 Kč

Medata, spol. s.r.o., Milady Horákové 11, 602 00 Brno, IČ: 18626220

Nabídková cena vč. DPH: 4 748 407,00 Kč

Identifikační údaje vyloučených uchazečů včetně odůvodnění:

Medata, spol. s.r.o., Milady Horákové 11, 602 00 Brno, IČ: 18626220.

Uchazeč dle § 76 odst. 1 ZVZ nesplnil požadavky zadavatele na technickou specifikaci předmětu plnění uvedených v zadávacích podmínkách.

Nabídka uchazeče neobsahovala u transkraniálního ultrazvuku typu B přídavný LCD displej s úhlopříčkou 15“, jak je požadováno v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Důvod zrušení zadávacího řízení:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.