



Název veřejné zakázky: **Transportní lůžka pro Krajskou zdravotní, a. s. - Část 1: Transportní lůžko pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Děčín, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2705/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce

Bude zadavatel akceptovat i stabilní a jednoduše čistitelnou rámovou konstrukci?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - stabilní a jednoduše čistitelná rámová konstrukce.

Dotaz č. 2

Sklopná, teleskopická odnímatelná madla pro obsluhu u obou čel lůžek (je požadováno z důvodu usnadnění manipulace s pacientem na lůžku. Sklopení madla v nohách postele umožní uložení pacienta delšího než je délka lůžka)

Bude zadavatel akceptovat pevná madla, která také umožňují manipulaci s pacientem na lůžku i delším pacientem než je lůžko a zároveň zaručují oproti sklopným, teleskopickým madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - pevná madla, která také umožňují manipulaci s pacientem na lůžku i delším pacientem než je lůžko a zároveň zaručují oproti sklopným, teleskopickým madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka.

Dotaz č. 3



Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páte centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci

Je možné nabídnout páte kolečko neodpružené, ale zatahovatelné?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - páte kolečko neodpružené, ale zatahovatelné.

Dotaz č. 4

Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou i u nohou pacienta

Bude akceptováno řešení s úložným boxem v základně na drobné příslušenství, který neomezuje při manipulaci s lůžkem a pacientem

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - úložný box v základně na drobné příslušenství, který neomezuje při manipulaci s lůžkem a pacientem.

Dotaz č. 5

Bezpečné pracovní zatížení minimálně 317 kg

Můžeme nabídnout bezpečné pracovní zatížení 250 kg?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - bezpečné pracovní zatížení 250 kg.

Dotaz č. 6

Integrovaná výsuvná/sklpná řídicí madla u nohou pacienta (možnost využití madel pro tlačení lůžka výhodou)

Bude zadavatel akceptovat pevná madla, která zaručují oproti výsuvným/sklpným, madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - pevná madla, která zaručují oproti výsuvným/sklpným, madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka.

Dotaz č. 7



Matrace kombinovaná ze studené PU úR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta
Můžeme nabídnout matraci s požadovanými vlastnostmi o výšce 8 cm, nosností 180 kg s integrovanými držáky pro přenos pacienta?

Odpověď na dotaz č. 7


Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - matraci s požadovanými vlastnostmi o výšce 8 cm, nosností 180 kg s integrovanými držáky pro přenos pacienta.

Závěr:

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

16. 11. 2021

V Ústí nad Labem dne:


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel