



Název veřejné zakázky:	Transportní lůžka pro Krajskou zdravotní, a. s. - Část 2: Transportní lůžka pro Emergency oddělení, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	2706/2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce

Bude zadavatel akceptovat i stabilní a jednoduše čistitelnou rámovou konstrukci?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - stabilní a jednoduše čistitelná rámová konstrukce.

Dotaz č. 2

Sklopná, teleskopická odnímatelná madla pro obsluhu u obou čel lůžek (je požadováno z důvodu usnadnění manipulace s pacientem na lůžku. Sklopení madla v nohách postele umožní uložení pacienta delšího než je délka lůžka)

Bude zadavatel akceptovat pevná madla, která také umožňují manipulaci s pacientem na lůžku i delším pacientem než je lůžko a zároveň zaručují oproti sklopným, teleskopickým madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - pevná madla, která také umožňují manipulaci s pacientem na lůžku i delším pacientem než je lůžko a zároveň zaručují oproti sklopným, teleskopickým madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka.

Dotaz č. 3



Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páte centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci
Je možné nabídnout páte kolečko neodpružené, ale zatahovatelné?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - páte kolečko neodpružené, ale zatahovatelné.

Dotaz č. 4

Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou i u nohou pacienta
Bude akceptováno řešení s úložným boxem v základně na drobné příslušenství, který neomezuje při manipulaci s lůžkem a pacientem

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - úložný box v základně na drobné příslušenství, který neomezuje při manipulaci s lůžkem a pacientem.

Dotaz č. 5

Bezpečné pracovní zatížení minimálně 317 kg
Můžeme nabídnout bezpečné pracovní zatížení 250 kg?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - bezpečné pracovní zatížení 250 kg.

Dotaz č. 6

Integrovaná výsuvná/sklonná řídicí madla u nohou pacienta (možnost využití madel pro tlačení lůžka výhodou)

Bude zadavatel akceptovat pevná madla, která zaručují oproti výsuvným/sklonným, madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - pevná madla, která zaručují oproti výsuvným/sklonným, madlům plnou funkčnost po celou životnost lůžka.

Dotaz č. 7



Matrace kombinovaná ze studené PU úR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta
Můžeme nabídnout matraci s požadovanými vlastnostmi o výšce 8 cm, nosností 180 kg s integrovanými držáky pro přenos pacienta?

Odpověď na dotaz č. 7


Zadavatel akceptuje i nabízené řešení - matraci s požadovanými vlastnostmi o výšce 8 cm, nosností 180 kg s integrovanými držáky pro přenos pacienta.

Závěr:

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

16. 11. 2021

V Ústí nad Labem dne:


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel